

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**

**Инструментарий и принадлежности для эндоскопов на 2026 год**

*1. Состав (комплектация) медицинских изделий*

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Клипирующее устройство	шт.	2
2	Клипирующее устройство	шт.	20
3	Клипсы к клипирующему устройству	шт.	40
4	Зонд аргоновый	шт.	10
5	Комплект для полипэктомии В комплект входит: -петли для полипэктомии – 20 шт.; -ручка сменная – 4 шт.	комп.	1
6	Щипцы биопсийные	шт.	30
7	Щипцы биопсийные	шт.	10
8	Щетки для чистки каналов	шт.	50
9	Щетки для чистки каналов	шт.	30
10	Щетки для чистки каналов	шт.	200
11	Загубники	шт.	100
12	Загубники	шт.	6000

*2. Технические требования:*

<b>ЛОТ № 1</b> Клипирующее устройство
2.1 длина устройства 2200мм- 2300мм 2.2 диаметр канала эндоскопа 2,8мм 2.3 устройство с функцией вращения 2.4 многоразового использования 2.5 с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве.
<b>ЛОТ № 2</b> Клипирующее устройство
2.1 длина устройства 2200мм- 2300мм 2.2 диаметр канала эндоскопа 2,8мм 2.3 устройство с функцией вращения 2.4 однократного использования
<b>ЛОТ № 3</b> Клипсы к клипирующему устройству

<p>2.1 длина браншей клипсы 7мм-9мм  2.2 угол загиба браншей 120<sup>0</sup>-135<sup>0</sup>  2.3 обязательная совместимость с многоразовым клипирующим устройством с функцией вращения модели НХ-110UR, (фирмы OLIMPUS)  2.4 стерильные  2.5 однократного использования</p>
<p><b>ЛОТ № 4</b>  Зонд аргоновый</p>
<p>2.1. для коагулятора с аргоновым модулем, модели ES 350  2.2 диаметр не более 2,3мм, длина не менее 2,2м  2.3 многократного использования  2.4 с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве</p>
<p><b>ЛОТ № 5</b>  Комплект для полипэктомии</p>
<p>2.1 петли:  -длина изделия 2200мм-2350мм  -для канала эндоскопа диаметром 2,8мм  -диаметр раскрывающейся части петли 3,5см-5см  - многоразового использования  - с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве  2.2 сменная ручка из автоклавируемой пластмассы</p>
<p><b>ЛОТ № 6</b>  Щипцы биопсийные</p>
<p>2.1 длина изделия 1650мм-1800мм  2.2 с овальными браншами  2.3 с иглой  2.4 к эндоскопам, диаметр канала 2,5мм-2,8мм  2.5 многоразового использования  2.6 с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве</p>
<p><b>ЛОТ № 7</b>  Щипцы биопсийные</p>
<p>2.1 длина изделия 2300мм-2500мм  2.2 с овальными браншами  2.3 с иглой  2.4 к эндоскопам, диаметр канала 2,8мм-3,7мм  2.5 многоразового использования  2.6 с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве</p>
<p><b>ЛОТ №8</b>  Щетки для чистки каналов</p>
<p>2.1. длина изделия 1650-1800мм  2.2 диаметр щетки 5мм  2.3. для канала эндоскопа 2,8мм  2.4. многоразового использования  2.5 с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве</p>
<p><b>ЛОТ № 9</b>  Щетки для чистки каналов</p>
<p>2.1. длина изделия 2200мм-2300мм  2.2. диаметр щетки 5мм</p>

<p>2.3. для канала эндоскопа 2,8мм</p> <p>2.4. многоразового использования</p> <p>2.5 с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве</p>
<p><b>ЛОТ № 10</b></p> <p>Щетки для чистки каналов</p>
<p>2.1. длина изделия 2200-2300мм</p> <p>2.2. диаметр щетки 5мм</p> <p>2.2. для канала эндоскопа 2,8мм</p> <p>2.3. однократного применения, в индивидуальной упаковке.</p>
<p><b>ЛОТ №11</b></p> <p>Загубники</p>
<p>2.1 совместимый с эндоскопами диаметра 15мм-20мм</p> <p>2.2 многократного применения</p> <p>2.3 с возможностью подвергать многократной стерилизации в автоклаве</p>
<p><b>ЛОТ №12</b></p> <p>Загубники</p>
<p>2.1 совместимый с эндоскопами диаметра не менее 15мм-20мм</p> <p>2.2 однократного применения</p>

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;