

ООО «МедМастер»
220007 г. Минск
ул. Могилевская, 39А пом.111
Почт. адрес: 220035, г. Минск,
а/я 133
Тел.: 8 (029) 17-17-715
medmaster.by@gmail.com



УНП 193629493
ОКПО 506115135000
р/с BY79PJCB30120738191000000933
ОАО «ПРИОРБАНК», ул. Хоружей, 31а
БИК PJCBVY2X

АКТ
ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ № 56-ОТН

г. Минск

03.06.2026

Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь,
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «МедМастер»

составили настоящий акт дефектации оборудования о том, что при проведении технического обслуживания согласно договору №21-ТО от 03.03.2026 медицинского оборудования:

Лампа щелевая, модель SL 120 с принадлежностями (инв. № 01377066)

Лампа щелевая, модель SL 120 с принадлежностями (инв. № 01377065)

Лампа щелевая, модель SL 120 с принадлежностями (инв. № 01377064)

Лампа щелевая, модель SL 120 (инв. № 01375301)

Лампа щелевая с принадлежностями: модель SL 120 в составе (инв. № 01376457) установлено следующее.

Лампы освещения (Лампа галогенная 6В 20Вт, посадочное место PG22, производитель OSRAM, Carley) выработали свой ресурс более чем на 75%. В связи с долгим сроком использования для обеспечения требуемой яркости при проведении исследования необходимо увеличивать мощность лампы освещения.

Требуется закупка запасных ламп освещения для предотвращения остановки деятельности медицинского оборудования в количестве 5 (пяти) штук.

Ориентировочная стоимость 1 (одной) запасной части составляет – 216,00 (двести шестнадцать бел. руб. 00 коп.) бел. руб., в том числе НДС 20% 36,00 (тридцать шесть бел. руб. 00 коп.).

Заказчик:

Государственное учреждение
«Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь

Исполнитель:

ООО «МедМастер»

М.П.

Директор



П.В. Приходько

