

107 1

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «25» 06 2026 г.

гг - РКМ Ч УО ПРБ

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф

(наименование изделия медицинской техники)

190.47589(01375134)

тип, марка АТ-1

зав.№ 1

год выпуска -

завод-изготовитель

Schiller

имеет следующие дефекты:

износ проводников кабеля
ЖБ; износ клемм при снятии ЖБ;
физический износ оконечных электродов

Заключение: требуется замена кабеля ЖБ (шт.)

и оконечных электродов (1 комплект)

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Вед. инженер ООПТО Пурков Д.В.

(должность, подпись, ФИО)

« 25 » 06 2026 г.

« 25 » 06 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТОГО В РЕМОНТ:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1		шт.	
2			
3			
4			
5			

Дата приемки : _____

Принял: Плавский В.А.

(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

Дата выдачи : _____

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

М.П.

Принял _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

М.П.

Выполненные работы: _____

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 25 » 06 2026 г.

ГУ "РКМЦ ЧЭ ПРБ"

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрокардиограф

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка AT-1 зав. № 190 54352

инв. 0137 53 19

год выпуска - завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты: излом проводников кабелей ЭКГ; изломы, трещины при снятии ЭКГ; физический износ оконечных электродов; не держит заряд АКБ; не заряжается, останавливается при попытке

Закключение: требуется замена кабелей ЭКГ (1шт.), оконечных электродов (1компл.), АКБ (12 В, 12 А.ч) - 1шт.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)



Представитель учреждения-владельца

Вед. инженер ООО "ПРЭДМЕТ" (подпись)

(должность, подпись, ФИО)

« 25 » 06 2026 г.

« 15 » 06 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТОГО В РЕМОНТ:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1		шт.	
2			
3			
4			
5			

Дата приемки : _____

Принял: Плавский В.А.

(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

Дата выдачи : _____

Сдал _____
(подпись Ф.И.О. принявшего Исполнитель)

М.П.

Принял _____
(подпись Ф.И.О. Заказчика)

М.П.

Выполненные работы: _____
