

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые 3л. или аналог	шт.	196

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;

2.2 коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток;

2.3 должны быть изготовлены из нержавеющей стали;

2.4 объем 3 л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые бл. или аналог	шт.	305

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;

2.2 коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток;

2.3 должны быть изготовлены из нержавеющей стали;

2.4 объем 6 л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 3
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые 9л. или аналог	шт.	166

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;

2.2 коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток;

2.3 должны быть изготовлены из нержавеющей стали;

2.4 объем 9 л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые 12л. или аналог	шт.	177

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;
- 2.2 коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток;
- 2.3 должны быть изготовлены из нержавеющей стали;
- 2.4 объем 12 л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 5
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые 18л. или аналог	шт.	145

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;
- 2.2 коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток;
- 2.3 должны быть изготовлены из нержавеющей стали;
- 2.4 объем 18 л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 6
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фильтр круглый к КСК-12 или аналог	шт.	1361

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 фильтры обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах;

2.2 фильтры должны быть изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ;

2.3 фильтры должны выдерживать не менее 60 циклов стерилизации, после чего подлежат смене;

2.4 размеры фильтра подходят к размещению в КСК-12.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 7
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фильтр круглый к КСК-18 или аналог	шт.	2289

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 фильтры обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах;

2.2 фильтры должны быть изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ;

2.3 фильтры должны выдерживать не менее 60 циклов стерилизации, после чего подлежат смене;

2.4 размеры фильтра подходят к размещению в КСК-18.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 10
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Фильтр круглый к КСК-9 или аналог	шт.	898

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 фильтры обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах;

2.2 фильтры должны быть изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани – фильтродиагональ;

2.3 фильтры должны выдерживать не менее 60 циклов стерилизации, после чего подлежат замене;

2.4 размеры фильтра подходят к размещению в КСК-9.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 11
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами 3л или аналог	шт.	91

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;
- 2.2 коробки должны быть изготовлены из нержавеющей стали;
- 2.3 коробки должны быть укомплектованы фильтрами;
- 2.4 коробки с фильтрами обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 20 суток;
- 2.5 объем коробки 3л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 12
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами бл или аналог	шт.	104

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;

- 2.2 коробки должны быть изготовлены из нержавеющей стали;
- 2.3 коробки должны быть укомплектованы фильтрами;
- 2.4 коробки с фильтрами обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 20 суток;
- 2.5 объем коробки бл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 13 к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами 9л или аналог	шт.	121

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;

2.2 коробки должны быть изготовлены из нержавеющей стали;

2.3 коробки должны быть укомплектованы фильтрами;

2.4 коробки с фильтрами обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 20 суток;

2.5 объем коробки 9л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 14
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами 12л или аналог	шт.	242

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;
- 2.2 коробки должны быть изготовлены из нержавеющей стали;
- 2.3 коробки должны быть укомплектованы фильтрами;
- 2.4 коробки с фильтрами обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 20 суток;
- 2.5 объем коробки 12л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Приложение 15
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами 18л или аналог	шт.	224

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 предназначены для стерилизации перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента, других изделий медицинского назначения в паровых медицинских стерилизаторах и доставки их к месту использования;
- 2.2 коробки должны быть изготовлены из нержавеющей стали;

- 2.3 коробки должны быть укомплектованы фильтрами;
- 2.4 коробки с фильтрами обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 20 суток;
- 2.5 объем коробки 18л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета
М.В.Шилович

