

Лот 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.
1.1.	Полотна пилы GE249SU или аналог	шт

2. Технические требования:

2.1. Ширина 19 мм;

2.2. Толщина 1,27 мм;

2.3. Длина 100 мм;

2.4. Быстросъемные

2.5. Для работы пилы Aescular Acculan.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Согласно аукционным документам организатора