

Приложение №1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Лампа светолечебная для светотерапии: модель Bioptron Pro 1 или аналог с настольной стойкой.	шт.	1
2.	Напольная стойка совместима с лампой светолечебной Bioptron Pro 1 или аналогом	шт.	1
3.	Красный цветофильтр	шт.	1
4.	Синий цветофильтр	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1 Лампа светолечебная модель Bioptron Pro 1 или аналог с настольной стойкой:

2.1.1-параметры электросети-100-240 В, 50/60 Гц

2.1.2-номинальная мощность лампы-50 Вт - (+/- 5 Вт)

2.1.3-класс защиты -Класс 2, IP 20

2.1.4-тип прибора - Тип В

2.1.5-диаметр фильтра -110 мм (+/- 0,01см²)

2.1.6-длина волны от 480 - 3400 нм

2.1.7-длина поляризации более 95% (от 590-1550нм)

2.1.8-удельная мощность в ср.- ок. 40 мВт/см²

2.1.9-плотность потока световой энергии - ок. 2.4 Дж/см в минуту

2.1.10-температура окружающей среды: при использовании- от +10°C до + 40°C;
при хранении: от 5°C до+ 45°C

2.2 Напольная стойка для лампы светолечебной Bioptron Pro 1 или аналога

2.3 Красный цветофильтр совместим с лампой светолечебной BIOPTRON PRO 1 или аналогу:

2.3.1-диаметр фильтра 11 см (+/-0,01 см²)

2.3.2-материал: Стекло в пластмассовом корпусе

2.3.3-применение Цветофильтр для использования с лампой светолечебной BIOPTRON PRO 1 или аналогом.

2.3.4-размеры диаметр 100,8 мм x 2,75 мм (толщина)

2.4. Синий цветофильтр совместим с лампой светолечебной BIOPTRON PRO 1 или аналогом:

2.4.1-диаметр фильтра 11 см (+/-0,01 см²)

2.4.2-материал Стекло в пластмассовом корпусе

2.4.3-применение Цветофильтр для использования с лампой светолечебной BIOPTRON PRO 1 или аналогом.

2.4.4-размеры диаметр 100,8 мм х 2,75 мм (толщина)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Товар новый в упаковке.

3.2 Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования.

3.3. Наличие паспорта и руководства по эксплуатации на русском языке.

Разработчик:

Заведующий родовым отделением,
врач акушер-гинеколог

 Н.А. Козак

Согласовано:

Главный специалист (по акушерству и гинекологии)

Главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

 Э.И. Мишук