

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**Лот № 1 Система конвекционного обогрева пациента (термофен)**

**1.Сотав (комплектация) оборудования – 1 комплекта.**

| №  | Наименование лота                                                                                                            | Единица измерения | Количество |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Система конвекционного обогрева пациента (термофен):                                                                         | Комплект          | 1          |
|    | согревающий аппарат (модуль);                                                                                                | Штук              | 1          |
|    | тележка из нержавеющей стали для согревающего модуля (совместимая с модулем);                                                |                   | 1          |
|    | растягивающийся соединительный шланг от согревающего модуля к согревающему элементу длиной не менее 2,0 м в растянутом виде; |                   | 1          |
|    | фиксаторы шланга или одеяла;                                                                                                 |                   | Не менее 3 |
|    | предустановленный воздушный фильтр;                                                                                          |                   | 1          |
|    | согревающие одеяла полноразмерные;                                                                                           |                   | 50         |
|    | блок управления                                                                                                              |                   | 1          |

**2.Технические требования**

| № п/п | Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                              | Параметры          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1   | Система конвекционного обогрева пациента (термофен): регулируемая по температуре активная подача теплого воздуха с распределением в согревающем одеяле.                                                                                                                                  |                    |
| 2.2.  | Аппарат должен иметь установочные температурные режимы (включая подачу воздуха с температурой окружающей среды)                                                                                                                                                                          | Не менее 5 режимов |
| 2.3.  | Аппарат должен иметь скорость подачи воздуха.                                                                                                                                                                                                                                            | Не менее 3-х       |
| 2.4.  | На дисплее (экране) аппарата должна отображаться текущая температура подаваемого воздуха.                                                                                                                                                                                                | Наличие            |
| 2.5.  | Аппарат должен выходить на заданную температуру в течение 2-х минут.                                                                                                                                                                                                                     | До 2-х минут       |
| 2.6.  | Аппарат должен иметь визуальный и звуковой сигнал тревоги при возникновении внештатных ситуаций.                                                                                                                                                                                         | Наличие            |
| 2.7.  | Аппарат должен иметь систему голосовых подсказок на русском языке в случае возникновения внештатных ситуаций или необходимости проведения технического обслуживания или замены фильтра.                                                                                                  | Наличие            |
| 2.8.  | Аппарат должен иметь систему безопасности, обеспечивающую защиту пациента от перегрева и ожогов, автоматически выключающую подогрев воздуха, если температура подаваемого воздуха превысит 52 °С.                                                                                        | Наличие            |
| 2.9.  | Аппарат должен иметь «тихий режим» для отключения световой и звуковой индикации.                                                                                                                                                                                                         | Наличие            |
| 2.10. | Аппарат должен иметь возможность подключения сдвоенного шланга для одновременного нагрева двух одеял.                                                                                                                                                                                    | Наличие            |
| 2.11. | <u>Требования к согревающим одеялам:</u><br>одноразовые одеяла должны быть из нетканого материала; материал одеял должен быть проницаем для рентгеновского излучения.<br>наличие не более двух отверстий для воздуховода (шланга).<br>одеяла должны иметь ленты или встроенную картонную | Наличие            |

|       |                                                                      |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | пластину для фиксации шланга.                                        |                     |
| 2.12. | Требования к согревающим одеялам полноразмерным: должны иметь размер | Не менее 220x120см. |

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно документам по процедуре государственной закупки организатора, но не менее 24 месяцев.

**4. Требования о наличии технической документации и иной информации:**

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ; для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.