

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Аппарат электрохирургический высокочастотный
1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Электрохирургический ВЧ-блок	шт.	1
1.2	Педаль двухклавишная для управления монополярными режимами	шт.	1
1.3	Нейтральный электрод	шт.	2
1.4	Кабель для подключения нейтрального электрода	шт.	2
1.5	Рукоятка для монополярных инструментов (электродов) с кнопками управления	шт.	3
1.6	Кабель для биполярных инструментов (пинцетов)	шт.	2
1.7	Кабель для подключения монополярного лапароскопического инструмента	шт.	2
1.8	Монополярный электрод - шарик антипригарный (4 – 4,5 мм диаметр) прямой, длиной 10 – 35 мм	шт.	2
1.9	Монополярный электрод – нож сечение (3-4 х 0,8-1 мм) прямой, длиной 10 – 35 мм	шт.	2
1.10	Монополярный электрод - нож сечение (1,5-2 х 0,5-1 мм) прямой, длиной 10 – 35 мм	шт.	2
1.11	Монополярный электрод - нож сечение (1,5-2 х 0,5-1 мм) прямой, длиной 90 – 150 мм	шт.	2
1.12	Монополярный электрод – шарик длинный стержень антипригарный (3,5 – 4 мм диаметр) прямой, длиной 90 – 150 мм	шт.	2
1.13	Монополярный электрод –крючок Г-образный длинный стержень , длиной 90 – 150 мм	шт.	1
1.14	Пинцет прямой биполярный антипригарный, длина 180-190 мм, размер рабочей части 8-9 х 1-1,5 мм	шт.	1

1.15	Пинцет прямой биполярный антипригарный, длина 240-250 мм, размер рабочей части 8-9 х 2-2,5 мм	шт.	1
1.16	Подушечка для очистки абразивных наконечников рукояток	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.1	Номинальная выходная мощность, не менее	400 Вт	
2.2	Монополярные режимы работы: - резание без выраженной коагуляции - резание с тонким или толстым слоем коагуляции - резание с коагуляцией и вапоризация тканей в жидкой среде - контактная и бесконтактная коагуляция с формированием слоя коагулированной ткани толщиной до 5 мм		наличие
2.3	Биполярные режимы работы: - резание с коагуляцией, в том числе в жидких средах - коагуляция		наличие
2.4	Функция «Автостоп» (автоматическое отключение подачи тока на инструмент при завершении биполярной коагуляции)		наличие
2.5	Функция «Автостарт/автостоп» (автоматическое включение подачи тока при захвате ткани инструментом и ее автоматическое выключение при завершении биполярной коагуляции)		наличие
2.6	Возможность одновременного подключения отдельных педалей для монополярных и биполярных режимов		наличие
2.7	Функция сохранения последних использованных настроек режимов работы		наличие
2.8	Оповещение о разрыве цепи нейтрального электрода звуковым и световым индикаторами с одновременной блокировкой активации монополярных режимов работы		наличие

2.9	Система индикаторов на передней панели ВЧ-блока: - индикатор выбранного режима работы - цифровые индикаторы мощности для монополярных и биполярных режимов работы - индикатор активации выбранного режима работы		наличие
-----	---	--	---------

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционных документов.