


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев



2026

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОКУПКИ

№ _____

(указывается регистрационный номер запроса ценовых предложений)

на покупку: «индивидуальных дозиметров для персонала рентгеновского отделения»

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуальное предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. Фрунзенская 196/5
УНП	100805135
Адрес электронной почты	info@modkb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	modkb.by

Лот № 1 Покупка индивидуальных дозиметров	
Предмет государственной закупки (наименование товаров)	индивидуальные дозиметры для персонала рентгеновского отделения
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению №1
Код по ОКРБ (9 знаков)	26.51.41.000
Объем (количество)	80 шт. Согласно приложению №1
Срок (график поставки) товаров	Июль - август 2026 года
Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту	12 624, 00 бел. руб.
Источник финансирования государственной закупки	Минский областной бюджет

Приложение №1						
№ п/п.	Наименование оборудования	Тип, марка	Год выпуска	Заводской номер (инвентарный номер)	Количество, шт.	Примечание
1.	Дозиметр термолюминесцентный DTU-1	ДТГ-4 на основе LiF активированного Mg и Ti			80	

Характеристики:

Тип детектора	ДТГ-4 на основе LiF активированного Mg и Ti
Фильтр для коррекции энергетической зависимости чувствительности	алюминиевый, толщиной $0,9 \pm 0,1$ мм
Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения $\text{Hr}(10)$	20 мкЗв ÷ 10 Зв
Диапазон энергий фотонного излучения	0,015 ÷ 3,0 МэВ
Температура отжига детекторов в муфельной печи («глубокий» отжиг при дозах более 0,5 Зв)	400 °С
Количество циклов использования	Не менее 200

* В случае невозможности поставить (работы, услуги) в указанные сроки в техническом задании, просим предоставить предложение с указанием причины и возможными сроками оказания данных видов услуг. Предложение будет рассмотрено на условиях, указанных в Вашем коммерческом предложении.

Разработчики технических характеристик:

Инженер рентгеновского отделения



Е.И. Козел