

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1.	Физиологический контур для ЭКМО у пациентов неонатальной возрастной группы (с массой тела от 1500 до 5000гр) с оксигенатором и центрифужным насосом с объемной скоростью кровотока до 0,8 л/мин. Интегрированные в магистрали датчики давления. Суммарный объем заполнения системы до 235 мл.	штука	20
1.2.	Физиологический контур для ЭКМО у пациентов педиатрической возрастной группы (с массой тела от 5 до 20кг) с оксигенатором и центрифужным насосом с объемной скоростью кровотока до 2,4 л/мин. Интегрированные в магистрали датчики давления. Суммарный объем заполнения системы до 330 мл.	штука	20
1.3.	Физиологический контур для ЭКМО у пациентов старшей возрастной группы (с массой тела от 20кг) с оксигенатором и центрифужным насосом с объемной скоростью кровотока до 7,0 л/мин. Интегрированные в магистрали датчики давления. Суммарный объем заполнения системы до 750 мл.	штука	15
всего подлежит закупке:		штука	55

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Одноразовые системы должны быть совместимы с имеющимся в наличии стационарным оборудованием Medos (Deltastream).

2.2. Предлагаемое оборудование должно быть предназначено для обеспечения продолжительной (не менее 25 дней) экстракорпоральной оксигенации крови (ЭКМО) при развитии бивентрикулярной сердечной недостаточности, сердечно-легочной недостаточности, выраженной дыхательной недостаточности. Допустимая продолжительность непрерывного использования одного набора не менее 25 дней должна подтверждаться официальными сертификатами и инструкциями к применению предлагаемого комплекта ЭКМО.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Физиологический контур с центрифужным насосом с объемной скоростью кровотока не менее 1,5 л/мин. Суммарный объем заполнения насоса до 14 мл.	штука	5
1.2.	Физиологический контур с центрифужным насосом с объемной скоростью кровотока не менее 10 л/мин. Суммарный объем заполнения насоса до 31 мл.	штука	5
всего подлежит закупке:		штука	10

2. Показатели (характеристики):

2.1. Одноразовые системы должны быть совместимы с имеющимся в наличии стационарным оборудованием CentriMag Circulatory Support System (Thoratec).

2.2. Предлагаемое оборудование должно быть предназначено для обеспечения продолжительной (не менее 30 дней) экстракорпоральной поддержки. Допустимая продолжительность непрерывного использования одного набора не менее 30 дней должна подтверждаться официальными сертификатами и инструкциями к применению предлагаемого комплекта.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно документам организатора.