

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Инсуффлятор CO ₂ для гастроэнтерологии	Штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона РБ «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

№ п/п	Наименование, технические требования	Базовые параметры
2.1	Напряжение переменного тока на входе, 220 ± 22 В	Наличие
2.2	Частота на входе, 50-60 Гц ±1 Гц	Наличие
2.3	Вес, не более 5 кг	Наличие
2.4*	Используемый газ - CO ₂ для использования в медицинских целях. Возможность к подключению медицинскому газопроводу, допускает подачу CO ₂ из баллона	Наличие
2.5	Наличие индикатора подачи газа	Наличие
2.6	Выходное давление 45-50 кПа	Наличие
2.7	Возможность установки газового потока 1-3л/мин	Наличие
2.8*	Совместимость с гибкими эндоскопами (колоноскопами, гастроскопами) фирм Fujinon, Pentax, Olympus, Sonoscape, Aohua	Наличие
2.9	Комплект адаптеров и трубок, необходимых переходников для гибкой эндоскопии, в достаточном количестве для бесперебойной работы не менее 12 месяцев	Наличие

* - данные требования технического задания определяют уровень диагностических особенностей и класс оборудования, несоответствие по ним приведет к отклонению предложения.

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию

товара, расходам на эксплуатацию: согласно аукционным документам организатора.