

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 07.07.2026г. № 4-14/260
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Инструменты хирургические»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот № 1 Электрод-нож

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Электрод-нож	шт	3

2. Технические требования:

2.1. Длина 25-50 мм, разъем диаметр 4мм

2.2. Сечение ножа 2-2,5*0,4-0,5 мм

2.3. Совместимость с аппаратом ЭХВЧ-300-02-«ФОТЕК»

Лот № 2 Держатель монополярных электродов

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
2	Держатель монополярных электродов	шт	1

2. Технические требования:

2.1. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм.

2.2. Аппаратная часть - штекер 4 мм.

2.1. Совместимость с аппаратом ЭХВЧ-300-02-«ФОТЕК»

Лот № 3 Нейтральный электрод с кабелем

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
3	Нейтральный электрод с кабелем	шт	1

2. Технические требования:

2.1. Нейтральный электрод из токопроводящей резины без соединительного кабеля с 2-х штырьковым разъемом подключения, площадью не менее 400 кв.см.

2.2. Кабель соединительный: Разъем подключения к нейтральному электроду 2-х штырьковая «мама». Разъем подключения к аппарату - тип «Jack»,

2.3. Длина кабеля не менее 2,5 м.

2.4. Совместимость с аппаратом ЭХВЧ-300-02-«ФОТЕК»

Лот № 4 Зонд пуговчатый

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
4	Зонд пуговчатый	шт	10

2. Технические требования:

2.1. Материал изготовления – нержавеющая сталь.

2.2. Длина – 150-200 мм.

Лот № 5 Зажим Кохера

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
5	Зажим Кохера	шт	12

2. Технические требования:

2.1. Материал изготовления – нержавеющая сталь

2.2. Длина – 145-175 мм

2.3. Зажим должен иметь длинные узкие рабочие губки с острыми зубцами на концах (зубец одной губки должен входить между 2 зубцами другой губки).

Лот № 6 Кусачки костные типа Листона

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
6	Кусачки костные типа Листона	шт	2

2. Технические требования:

2.1. Материал изготовления- нержавеющая сталь

2.2 Длина 180-200 мм.

Лот № 7 Кусачки костные Люэра

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
7	Кусачки костные Люэра	шт	2

2. Технические требования:

2.1 Материал изготовления – нержавеющая сталь.

2.2. Длина – 150-180 мм.

2.3. Имеют рабочую часть с желобком и режущей кромкой овальной формы.

2.4. Ручки снабжены плоской разводной пружиной, соединяющейся в центре.

Лот № 8 Ложка костная двусторонняя острая

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
9	Ложка костная двусторонняя острая	шт	4

2. Технические требования:

2.1. Материал изготовления – нержавеющая сталь.

2.2. Общая длина: 180-220 мм

2.3. Рабочая часть: 3,5-4,5 и 6,5-7,5 мм

Лот № 9 Пинцет для наложения и снятия металлических скобок

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
9	Пинцет для наложения и снятия металлических скобок	шт	4

2. Технические требования:

2.1. материал изготовления – нержавеющая сталь.

2.2. длина: 115 -135 мм

2.3. пластинчатый пружинящий инструмент

2.4. на рабочей поверхности концов браншей имеются штыри.

Лот № 10 Клипсы для герниостеплера

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
10	Клипсы для герниостеплера	шт	2000

2. Технические требования:

2.1. Должны быть совместимы с герниостеплером СОЛО-11 пр-ва ЗАО "Аксиома-Сервис"

Лот № 11 Клипсы титановые

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер ЛОТа	Наименование	Размер	Единица измерения	Количество
11	Клипсы титановые	Размер 5-8 мм	уп	50

2. Технические требования:

2.1. Количество клипс в упаковке не менее 5 штук

2.2. Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями.

2.3. Совместимость с клипс-аппликатором НПФ «ЭлеПС»

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.