

Лот № 274 Реагенты для анализатора сухой химии «URISCAN Super+» производства YD. Electr. Co. Ltd. Корея

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Тест-полоски для анализатора мочи (Uriscan Super+) 10 параметровые	тест	60000
2	Тест-полоски для анализатора мочи (Uriscan Super+) 12 параметровые	тест	1600
3	Промывочный раствор	упаковка	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики)
2.1	Тест-полоски для анализатора мочи (Uriscan Super+) 10 параметровые	1. Из расчета 1 упаковка не менее 100 штук; 2. Определяет 10 параметров: кровь, уробилиноген, билирубин, кетоны, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, pH, аскорбиновая кислота.
2.2	Тест-полоски для анализатора мочи (Uriscan Super+) 12 параметровые	1. Из расчета 1 упаковка не менее 100 штук. 2. Определяет 12 параметров: кровь, уробилиноген, билирубин, кетоны, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, pH, аскорбиновая кислота, микроальбумин, креатинин.
2.3	Промывочный раствор	1. Из расчета 1 упаковка – 500 мл.

2.4 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства YD. Electr. Co. Ltd. Корея - «URISCAN Super+»;

2.5 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.6 Инструкция по применению на русском языке;

2.7 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.