

Утверждаю
Главный врач
УЗ «Брестская областная
клиническая больница»
А.С. Карпицкий
2026г

Кровать медицинская больничная

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Кровать	1 шт
1.2.	Матрас	1 шт
1.3	Инфузионная стойка	1 шт
1.4.	Дуга для подтягивания	1 шт
1.5.	Защитные бампера – ограничительные шайбы	4 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Рама выполнена из прочного стального профиля с покрытием, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям.

2.2. Ложе пластиковое (ABS), длина ложа не менее 2000, ширина ложа не менее 890 мм, разделено на секции для удобной настройки положения пациента, количество секций не менее четырех.

2.3. Изголовье и изножье: быстросъемные, без винтового крепления, выполнены из ударопрочного ABS-пластика, легко очищаемого и устойчивого к повреждениям, либо частично из металла.

2.4. Колеса: не менее 2-х оснащены тормозами для легкого перемещения и надежной фиксации кровати.

2.5. Боковые ограждения предусмотрены для безопасности пациента.

2.6. Управление секциями ложа – электрическое, с резервным аккумулятором.

2.7. Регулировка высоты ложа для удобства работы медицинского персонала.

2.8. Максимальная нагрузка не менее 210 кг.

2.9. Возможность дополнительной комплектации (отдельная дозакупка, при необходимости, таких аксессуаров, как надкроватный (прикроватный) столик, дополнительная инфузионная стойка, полка для кардиомонитора, крепления для мочеприемников и др.).



2.10. Внутренний блок матраца изготовлен из высокоэластичной пены повышенной плотности.


2.11. Влагонепроницаемый чехол для матраца изготовлен из медицинской клеёнки или ткани с полиуретановой мембраной, подходящей для обработки медицинскими реагентами, согласно инструкции.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)


3.1. Согласно аукционным документам организатора.

3.2. Поверхности оборудования устойчивы к воздействию средств для дезинфекции

Разработчики технических требований:

1	В.В.Жоглов	
2	А.Л.Немкевич	

Согласовано:

 В.В.Гоменюк главный внештатный специалист ГУЗО Брестского облисполкома (Специалист по анестезиологии и реанимации)

