

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92VLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

04.07.2026 г. № 4-14/2026

На № _____ ад _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92VLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Манжеты НИАД многоразовые и коннекторы»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	20 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;
- 2.3 возрастная категория: взрослый;
- 2.4 размер 34-36*45-47 см;

3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):* согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №2. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №2 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	5 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;
- 2.3 возрастная категория: взрослый;
- 2.4 размер 24-26*34-36 см;

3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):* согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №3. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №3 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	2 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;
- 2.3 возрастная категория: взрослый (бедро);
- 2.4 размер 44-46*55-57 см;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №4. Манжеты НИАД

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №4 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	2 шт.

2. Технические требования:

- 2.1 многоразовые;
- 2.2 коннектор: без коннектора;

2.3 возрастная категория: взрослый (бедро);

2.4 размер 45-47*65-67 см;

3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)*: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. *Требования о наличии технической документации и иной информации*:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №5. Манжеты НИАД

1. *Состав (комплектация) медицинских изделий*:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №5 Манжеты НИАД	Манжеты НИАД в комплекте с камерой и одной трубкой.	6 шт.

2. *Технические требования*:

2.1 многоразовые;

2.2 коннектор: без коннектора;

2.3 возрастная категория: взрослый;

2.4 размер 32-34*46-48 см;

3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)*: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. *Требования о наличии технической документации и иной информации*:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №6. Коннекторы для манжет НИАД

1. *Состав (комплектация) медицинских изделий*:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №6 Коннекторы для манжет НИАД	-	7 шт.

2. Технические требования:

2.1 многоразовые;

2.2 совместимость с манжетой НИАД;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.