

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора**  
**глюкозы и лактата**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| Номер и наименование ЛОТа                                                                         | Состав (комплектация) |                                                                                             | Количество (объем) закупаемых товаров                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2                     |                                                                                             | 3                                                                                                                |
| Лот № 1 Реагенты, контроли, расходные материалы для автоматического анализатора глюкозы и лактата | 1.1                   | Реагенты, позволяющие проводить измерение глюкозы и лактата                                 | 120 000 тестов                                                                                                   |
|                                                                                                   | 1.2                   | Контрольный (не менее 2-х уровней) материал                                                 | Комплекты в соответствии с проведением ежедневного контроля качества по всем уровням в течение 1 года (365 дней) |
|                                                                                                   | 1.3                   | Вспомогательные реагенты, растворы, калибраторы, расходные материалы в случае необходимости | Комплекты в соответствии с количеством исследований (120 000)                                                    |

**2. Технические характеристики**

2.1.\* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы, вспомогательные реагенты, растворы, калибраторы, расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования в количестве 2-х штук, совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п. 1 заявки на закупку.

**2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию.**

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1   | Типы исследуемых образцов: цельная кровь, сыворотка, плазма          |
| 2.2.2   | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.3   | Возможность интеграции в лабораторную информационную систему         |
| 2.2.4   | Функция считывания штрих-кодов образцов                              |
| 2.2.5   | Количество позиций для образцов: не менее 20                         |
| 2.2.6   | Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований  |
| 2.2.7   | Интерфейс на русском языке                                           |
| 2.2.8*  | Принтер, при отсутствии встроенного, в количестве 2-х штук           |
| 2.2.9   | Возможность подключения к персональному компьютеру и принтеру        |
| 2.2.10  | Производительность: не менее 120 образцов глюкозы в час              |
| 2.2.11* | Источник бесперебойного питания в комплекте в количестве 2-х штук    |

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «\*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам