

Лист 11

Приложение № 1

к заявке на закупку

Эндоскопического сшивающего аппарата
линейного анастомоза и кассет к
эндоскопическому сшивающему
аппарату линейного анастомоза одноразового
применения

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Эндоскопический сшивающий аппарат линейного анастомоза и кассет к
эндоскопическому сшивающему аппарату линейного анастомоза одноразового
применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Эндоскопический сшивающий аппарат линейного анастомоза	шт	1
2	Кассета прямая к эндоскопическому сшивающему аппарату линейного анастомоза одноразового применения 2,5мм x 45 мм	шт	24

2. Технические требования

1.1	Может многократно перезаряжаться во время операции
1.2	Используется с прямыми и изгибаемыми кассетами
1.3	Позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360° с фиксацией угла поворота
1.4	Позволяет изгибать кассету в двух направлениях с фиксацией изгиба в положении 22° и 45°
1.5	Длина штока не менее 120 мм, диаметр не более 12 мм.
1.6	Все манипуляции могут быть выполнены одной рукой
2.1	Материал скобок – титан.
2.2	Наличие одноразового ножа, встроенного в кассету.
2.3	Исполнение для сосудистой ткани – шесть рядов скобок, высота незакрытой скобки – 2,5 мм+/-0.1 мм, закрытой – 1,0 мм+/-0.1 мм
2.4	Размер кассет должен соответствовать длине шва 45 мм+/-1.0 мм.
2.5	«Шахматный порядок» расположения скобок в кассете.
2.6	Автоматически обеспечиваемое В-образное закрытие скобок в шве.
2.7	Наличие различной цветовой маркировки на кассете в зависимости от характера тканей.
2.8	Наличие на упаковке кассеты всей необходимой информации (код, вид изделия, модель, размер, данные об изготовителе, дата производства и срок годности, каталожный номер).
2.9	Кассеты поставляются стерильными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Лот 12

Приложение № 1

к заявке на закупку

Эндоскопического сшивающего аппарата
линейного анастомоза и кассет к
эндоскопическому сшивающему
аппарату линейного анастомоза одноразового
применения

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Эндоскопического сшивающего аппарата линейного анастомоза и кассет к
эндоскопическому сшивающему аппарату линейного анастомоза одноразового
применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Эндоскопический сшивающий аппарат линейного анастомоза	шт	1
2	Кассета прямая к эндоскопическому сшивающему аппарату линейного анастомоза одноразового применения 3,5мм x 45 мм	шт	24

2. Технические требования

1.1	Может многократно перезаряжаться во время операции
1.2	Используется с прямыми и изгибаемыми кассетами
1.3	Позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360° с фиксацией угла поворота
1.4	Позволяет изгибать кассету в двух направлениях с фиксацией изгиба в положении 22° и 45°
1.5	Длина штока не менее 120 мм, диаметр не более 12 мм.
1.6	Все манипуляции могут быть выполнены одной рукой
2.1	Материал скобок – титан.
2.2	Наличие одноразового ножа, встроенного в кассету.
2.3	Исполнение для сосудистой ткани – шесть рядов скобок, высота незакрытой скобки – 3,5 мм+/-0.1 мм, закрытой – 1,5 мм+/-0.1 мм
2.4	Размер кассет должен соответствовать длине шва 45 мм+/-1.0 мм.
2.5	«Шахматный порядок» расположения скобок в кассете.
2.6	Автоматически обеспечиваемое В-образное закрытие скобок в шве.
2.7	Наличие различной цветовой маркировки на кассете в зависимости от характера тканей.
2.8	Наличие на упаковке кассеты всей необходимой информации (код, вид изделия, модель, размер, данные об изготовителе, дата производства и срок годности, каталожный номер).
2.9	Кассеты поставляются стерильными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.