

Технические характеристики (описание)
Электрокоагулятор хирургический с комплектом электродов

Область применения-общая хирургия

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во штук
1	Электрохирургический аппарат	1
2	Ножной переключатель	1
3	Нейтральный электрод многоразовый	1
4	Кабель нейтрального электрода, не менее 3 м	1
5	Держатель-ручка электродов	2
6	Электрод-нож прямой (лезвие)	3
7	Электрод-игла, прямой, короткая	5
8	Электрод-игла, изогнутая, короткая	5
9	Электрод-петля, прямой, короткий, 4-5 мм	7
10	Электрод-петля, прямой, короткий, 8-10 мм	7
11	Электрод-шар прямой диаметр 2 -3 мм	3
12	Электрод-шар, изогнутый, диаметр 2-3 мм	3
13	Электрод-шар, диаметр 4-5 мм	3

2. Технические требования:

- 2.1. Аппарат должен быть универсальным моно-биполярным ВЧ-прибором, предназначенным для выполнения амбулаторных электрохирургических вмешательств и обеспечивать: монополярное резание (с и без гемостаза), моно- (мягкая и принудительная) и биполярная коагуляция.
- 2.2. Непрерывный контроль наложения нейтрального электрода.
- 2.3. Система самотестирования.
- 2.4. Кабели, ВЧ-ручки, электроды должны стерилизоваться автоклавированием.
- 2.5. Параметры питания аппарата: 220 В 50Гц (+/-10%)
 - 2.5.1 Максимальная мощность потребления, не более — 800 Вт.
 - 2.5.2. Номинальная мощность составляет не более – 450 Вт.
- 2.6. Максимальная мощность на выходе при монополярном резании, не более – 360 Вт.
- 2.7. При монополярной коагуляции 100-200 Вт (в зависимости от режима)

2.8. При биполярной коагуляции 50-80 Вт. (в зависимости от выбранного режима).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.