

Согласование количества и типоразмеров закупаемых изделий на момент заключения договора. Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

БелМТ №020/26

лот 1

**Канюля в яремную вену двухпросветная
(для ВВ ЭКМО) 24 Fr, 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr (пункт 3.26)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Канюля в яремную вену двухпросветная (для ВВ ЭКМО) 24 Fr	шт.	4
1.2	Канюля в яремную вену двухпросветная (для ВВ ЭКМО) 26 Fr	шт.	7
1.3.	Канюля в яремную вену двухпросветная (для ВВ ЭКМО) 28 Fr	шт.	14
	Канюля в яремную вену двухпросветная (для ВВ ЭКМО) 30 Fr	шт	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая, податливая армированная стенка, маркеры глубины введения. Корпус цельнолитой, устойчивый к перегибам. Дистальные и проксимальные дренажные отверстия, порт для реинфузии. Коннектор на 3/8. Биосовместимое покрытие для обеспечения экстракорпоральной оксигенации крови либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Рентгенконтрастные маркеры определения положения и угловой ориентации катетера.

2.3. Вспомогательное средство фиксации.

2.4. Дилататор, имеющий такой же размер, как и катетер.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Артериальная бедренная канюля 15 Fr – 16 Fr (пункт 3.27)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Артериальная бедренная канюля 15 Fr– 16 Fr	шт.	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с нанесенными метками для точного позиционирования, с наличием биопокрытия либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Интрадьюсер.

2.3. Коннектор на 3/8 дюйма.

2.4. Длина канюли 17-50 см.

2.5. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Артериальная бедренная канюля 17 Fr– 18 Fr (пункт 3.28)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1.	Артериальная бедренная канюля 17 Fr– 18 Fr	шт.	46

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с нанесенными метками для точного позиционирования, с наличием биопокрытия либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Интрадьюсер.

2.3. Коннектор на 3/8 дюйма.

2.4. Длина канюли 17-50 см.

2.5. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

**Артериальная бедренная канюля 19 -20 Fr
(пункт 3.29)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Артериальная бедренная канюля 19 – 20 Fr	шт.	108

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с нанесенными метками для точного позиционирования, с наличием биопокрытия либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Интрадьюсер.

2.3. Коннектор на 3/8 дюйма

2.4. Длина канюли 17-55 см.

2.5. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

**Артериальная бедренная канюля 21-22 Fr
(пункт 3.30)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.2.	Артериальная бедренная канюля 21 - 22 Fr	шт.	78

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с нанесенными метками для точного позиционирования, с наличием биопокрытия либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Интрадьюсер.

2.3. Коннектор на 3/8 дюйма

2.4. Длина канюли 17-55 см.

2.5. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

**Артериальная бедренная канюля 23-24 Fr
(пункт 3.31)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.3.	Артериальная бедренная канюля 23 - 24 Fr	шт.	78

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с нанесенными метками для точного позиционирования, с наличием биопокрытия либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Интрадьюсер.

2.3. Коннектор на 3/8 дюйма

2.4. Длина канюли 17-55 см.

2.5. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

**Венозная бедренная канюля 17 Fr – 18 Fr
(пункт 3.32)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Венозная бедренная канюля 17 Fr – 18 Fr	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с биопокрытием либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Суживающийся наконечник с несколькими отверстиями.

2.3. Несколько боковых отверстий, обеспечивающих приток венозной крови из правого предсердия, нижней поллой вены, печеночных вен

2.4. Интрадьюсер.

2.5 Длина канюли 50-77 см.

2.6. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

**Венозная бедренная канюля 19 Fr – 20 Fr
(пункт 3.33)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Венозная бедренная канюля 19 Fr – 20 Fr	шт.	52

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с биопокрытием либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Суживающийся наконечник с несколькими отверстиями.

2.3. Несколько боковых отверстий, обеспечивающих приток венозной крови из правого предсердия, нижней поллой вены, печеночных вен

2.4. Интрадьюсер.

2.5 Длина канюли 50-77 см.

2.6. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

**Венозная бедренная канюля 21 Fr -22 Fr
(пункт 3.34)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.2.	Венозная бедренная канюля 21 Fr - 22 Fr	шт.	45

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с биопокрытием либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Суживающийся наконечник с несколькими отверстиями.

2.3. Несколько боковых отверстий, обеспечивающих приток венозной крови из правого предсердия, нижней поллой вены, печеночных вен

2.4. Интрадьюсер.

2.5 Длина канюли 50-77 см.

2.6. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

**Венозная бедренная канюля 23Fr - 24 Fr
(пункт 3.35)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.3.	Венозная бедренная канюля 23Fr - 24 Fr	шт.	102

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с биопокрытием либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Суживающийся наконечник с несколькими отверстиями.

2.3. Несколько боковых отверстий, обеспечивающих приток венозной крови из правого предсердия, нижней поллой вены, печеночных вен

2.4. Интрадьюсер.

2.5 Длина канюли 50-77 см.

2.6. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

**Венозная бедренная канюля 25 Fr - 26 Fr
(пункт 3.36)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.3.	Венозная бедренная канюля 25 Fr - 26 Fr	шт.	82

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с биопокрытием либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Суживающийся наконечник с несколькими отверстиями.

2.3. Несколько боковых отверстий, обеспечивающих приток венозной крови из правого предсердия, нижней поллой вены, печеночных вен

2.4. Интрадьюсер.

2.5 Длина канюли 50-77 см.

2.6. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

**Венозная бедренная канюля 27 Fr
(пункт 3.37)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.3.	Венозная бедренная канюля 27 Fr	шт.	72

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с биопокрытием либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Суживающийся наконечник с несколькими отверстиями.

2.3. Несколько боковых отверстий, обеспечивающих приток венозной крови из правого предсердия, нижней поллой вены, печеночных вен

2.4. Интрадьюсер.

2.5 Длина канюли 50-80 см.

2.6. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

**Венозная бедренная канюля 28 Fr - 29 Fr
(пункт 3.38)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.3.	Венозная бедренная канюля 28 Fr - 29 Fr	шт.	44

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении, с биопокрытием либо изделие выполнено из биосовместимого материала.

2.2. Суживающийся наконечник с несколькими отверстиями.

2.3. Несколько боковых отверстий, обеспечивающих приток венозной крови из правого предсердия, нижней поллой вены, печеночных вен

2.4. Интрадьюсер.

2.5 Длина канюли 50-80 см.

2.6. Гемостатическая заглушка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

**Наборы для постановки артериальных бедренных канюль транскутанным
способом (пункт 3.41)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Наборы для постановки артериальных бедренных канюль транскутанным способом в составе:	компл.	290
1.1.1	стальная игла для прокола 18 Gauge		
1.1.2.	от 3 до 6 дилататоров (8-10 Fr, 12-14 Fr, 14-16 Fr, 16-18 Fr, 20-22 Fr, 24 Fr)		
1.1.3.	проводник (0,034" – 0,038")		
1.1.4.	скальпель		

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Проводник длиной не менее 90 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

**Наборы для постановки венозных бедренных канюль транскутанным
способом (пункт 3.42)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Наборы для постановки венозных бедренных канюль транскутанным способом в составе:	компл.	480
1.1.1.	стальная игла для прокола 18 Gauge		
1.1.2.	от 3 до 6 дилататоров (8-10 Fr, 12-14 Fr, 16-18 Fr , 20-22 Fr , 24 Fr-26 Fr)		
1.1.3.	проводник (0, 034" – 0,038") не менее 140 см		
1.1.4.	скальпель		

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Проводник длиной не менее 140 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Дренаж левого желудочка 16-17 Fr (пункт 3.43)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Дренаж левого желудочка 16-17 Fr	шт.	450

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Края наконечника – безопасные для стенок сердца, отверстия только в дистальной части вента

2.2. Двухпозиционный стилет либо формуемое тело обеспечивает легкое продвижение и безопасность тканей сердца при установке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Дренаж левого желудочка 18-19 Fr (пункт 3.44)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Дренаж левого желудочка 18-19 Fr	шт.	1500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Края наконечника – безопасные для стенок сердца, отверстия только в дистальной части вента

2.2. Двухпозиционный стилет либо формуемое тело обеспечивает легкое продвижение и безопасность тканей сердца при установке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Дренаж левого желудочка 20 Fr (пункт 3.45)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Дренаж левого желудочка 20 Fr	шт.	850

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Края наконечника – безопасные для стенок сердца, отверстия только в дистальной части вента

2.2. Двухпозиционный стилет обеспечивает легкое продвижение и безопасность тканей сердца при установке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Отсос кардиохирургический ригидный взрослый интракардиальный
(пункт 3.46)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Отсос кардиохирургический ригидный взрослый интракардиальный	шт.	4200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Основание из ригидной нержавеющей стали, заканчивающийся коннектором ¼.

2.2. Рифленый наконечник с множественными отверстиями для максимального забора крови и минимальной травмы тканей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Отсос кардиохирургический перикардальный (пункт 3.47)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Отсос кардиохирургический перикардальный	шт.	1300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Гибкое основание с коннектором ¼.

2.2. Утяжеленный рифленый наконечник, с пружиной из нержавеющей стали для забора крови из перикарда.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.