

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат двигательный
для роботизированной
пассивной механотерапии
голеностопного сустава
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Аппарат двигательный для роботизированной пассивной механотерапии
голеностопного сустава

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Исполнительный механизм разработки голеностопного сустава	шт	1
2	Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Основной металлический блок с двумя электромоторами, фиксацией голеностопного сустава и ложем для упора ступни	Наличие
2.2	Обеспечение физиологически правильных движений конечностей	Наличие
2.3	Возможность прохождения терапии сидя или лежа	Наличие
2.4	Два мотора (Мотор А выполняет разгибание и сгибание, Мотор Б выполняет инверсию и эверсию)	Наличие
2.5	Амплитуда движения голеностопного сустава: Подошвенное сгибание/Дорсальное разгибание	50°/0°/40°
2.6	Амплитуда движения голеностопного сустава: Инверсия/Эверсия	40°/0°/20°
2.7	Настройка паузы	Наличие
2.8	Диапазон настройки таймера с шагом 1 мин	Наличие
2.9	Отображение времени терапии, общей суммы сессий терапии	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸