

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 08.07.2026 № 4-17/263
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Реагенты, растворы, калибраторы, контроли и расходные материалы для иммунохимических исследований на автоматическом анализаторе методом хемилюминесценции на микрочастицах»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискуронт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Реагенты, растворы, калибраторы, контроли и расходные материалы для иммунохимических исследований на автоматическом анализаторе методом хемилюминесценции на микрочастицах

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Требования, предъявляемые к товару			
	№ ЛОТ	Наименование	Состав/размер	Ед. измер.
ЛОТ №1				
Реагенты, растворы, калибраторы и контроли для иммунохимических исследований на автоматическом анализаторе методом хемилюминесценции на микрочастицах				
1		Онкомаркер альфа-фетопротеин	количество тестов в наборе не более – 100	тестов
2		Калибратор альфа-фетопротеин	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл
3		Контроль альфа-фетопротеин	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл
4		Онкомаркер СА 19-9	количество тестов в наборе не более – 100	тестов
5		Калибратор СА 19-9	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл
6		Контроль СА 19-9	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл
7		Онкомаркер СА 125	количество тестов в наборе: от 400 – до 500	тестов
8		Калибратор СА 125	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл
9		Контроль СА 125	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл
10		Онкомаркер СА 15-3	количество тестов в наборе не более – 400	тестов
11		Калибратор СА 15-3	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл
12		Контроль СА 15-3	контрольная сыворотка не менее двух уровней, поровну каждого уровня	мл
13		Онкомаркер HE4	количество тестов в наборе не более – 100	тестов
14		Калибратор HE4	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл
15		Контроль HE4	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл
16		Онкомаркер раковый эмбриональный антиген СЕА	количество тестов в наборе не более – 100	тестов
17		Калибратор раковый эмбриональный антиген СЕА	калибратор не менее 2 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл
18		Контроль раковый эмбриональный антиген СЕА	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл
19		Онкомаркер простатспецифический антиген	количество тестов в наборе не менее – 500	тестов

	общий			
20	Калибратор простатспецифического антигена общего	калибратор не менее 2 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	16
21	Контроль простатспецифического антигена общего	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	72
22	Онкомапкер простатспецифический антиген свободный	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	1800
23	Калибратор простатспецифического антигена свободного	калибратор не менее 2 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	16
24	Контроль простатспецифического антигена свободного	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	72
25	T4 свободный	количество тестов в наборе не менее – 500	тестов	18000
26	T4 свободный Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	48
27	T4 свободный Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	144
28	T3 свободный	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	700
29	T3 свободный Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	48
30	T3 свободный Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	72
31	Тиреотропный гормон (ТТГ)	количество тестов в наборе не менее – 500	тестов	26000
32	ТТГ Калибратор	калибратор не менее 2 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	32
33	ТТГ Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	168
34	Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТРО)	количество тестов в наборе не менее – 400	тестов	6000
35	Анти-ТРО Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	48
36	Анти-ТРО Контроль	контрольная сыворотка не менее двух уровней, поровну каждого уровня	мл	48
37	Эстрадиол	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	3000
38	Эстрадиол Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	90
39	Эстрадиол Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	120
40	Прогестерон	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	2500
41	Прогестерон Калибратор	калибратор не менее 2 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	24
42	Прогестерон Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	48
43	Пролактин	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	3000
44	Пролактин Калибратор	калибратор не менее 2 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	32
45	Пролактин Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	96
46	Тестостерон	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	2500
47	Тестостерон Калибратор	калибратор не менее 6 уровней	мл	96

		концентраций, поровну каждого уровня		
48	Тестостерон Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	96
49	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	3500
50	ЛГ Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	72
51	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	3500
52	ФСГ Калибратор	калибратор не менее 2 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	24
53	ФСГ Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	96
54	Бета-хорионический гонадотропин	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	400
55	Калибратор Бета-хорионический гонадотропин	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	96
56	Контроль Бета-хорионический гонадотропин	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	96
57	Половые гормоны связывающий глобулин	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	200
58	Калибратор Половые гормоны связывающий глобулин	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	24
59	Контроль Половые гормоны связывающий глобулин	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	48
60	Дегидроэпиандростерон сульфат	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	200
61	Дегидроэпиандростерон сульфат Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	24
62	Дегидроэпиандростерон сульфат Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	36
63	Кортизол	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	500
64	Кортизол Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	72
65	Инсулин	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	200
66	Инсулин Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	24
67	Инсулин Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	72
68	С-пептид	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	200
69	С-пептид Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	48
70	С-пептид Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	72
71	Витамин – Д (25-ОН)	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	400
72	Витамин – Д (25-ОН) Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	96
73	Витамин – Д (25-ОН) Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	120
74	Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АССР)	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	4500
75	Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АССР) Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	103
76	Антитела к циклическому	контрольная сыворотка не менее двух уровней, поровну каждого уровня	мл	56

	цитрулиновому пептиду (АССР) Контроль			
77	Гомоцистеин	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	300
78	Гомоцистеин Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	21,6
79	Гомоцистеин Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	46,2
80	Антитела к тиреоглобулину	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	200
81	Антитела к тиреоглобулину Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	24
82	Антитела к тиреоглобулину Контроль	контрольная сыворотка не менее двух уровней, поровну каждого уровня	мл	16
83	Мозговой натрийуретический пептид (BNP)	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	400
84	Мозговой натрийуретический пептид (BNP) Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	72
85	Мозговой натрийуретический пептид (BNP) Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	72
86	N-терминальный фрагмент натрийуретического пептида (NT- pro-BNP)	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	500
87	N-терминальный фрагмент натрийуретического пептида (NT- pro-BNP) Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	120
88	N-терминальный фрагмент натрийуретического пептида (NT- pro-BNP) Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	120
89	Паратиреоидный гормон	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	700
90	Паратиреоидный гормон Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	72
91	Паратиреоидный гормон Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	72
92	Тиреоглобулин	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	500
93	Тиреоглобулин Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	120
94	Тиреоглобулин Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	120
95	Антитела против рецептора тиреотропного гормона	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	500
96	Антитела против рецептора тиреотропного гормона Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	120
97	Антитела против рецептора тиреотропного гормона Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	120
98	Витамин В12	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	600
99	Витамин В12 Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	120
100	Витамин В12 Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	120
101	Фолиевая кислота	количество тестов в наборе не более – 100	тестов	600
102	Фолиевая кислота Калибратор	калибратор не менее 6 уровней концентраций, поровну каждого уровня	мл	60

103	Фолиевая кислота Контроль	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	120
104	Контроль многокомпонентный иммунологический трехуровневый	контрольная сыворотка не менее трех уровней, поровну каждого уровня	мл	900
105	Раствор буферный концентрированный для промывки		литр	1400
106	Раствор триггера		литр	78
107	Раствор пре-триггера		литр	78
108	Раствор для ухода за зондом		мл	400

2. Технические характеристики.

2.1. ЛОТ№1, (кроме п.104) Реагенты, калибраторы, контроли должны быть предназначены для применения на автоматическом иммунохимическом анализаторе Architect i2000SR, (ABBOTT Laboratories) с методом хемилюминесценции на микрочастицах, что должно подтверждаться документально.

2.2. ЛОТ№1 (кроме п.104) Калибратор и контроль к одному тестируемому показателю должны быть предназначены для совместного применения с предложенным набором реагентов, что должно подтверждаться документально.

2.3. ЛОТ№1 п.104: Контрольный материал должен быть аттестован для применения на автоматических иммунохимических анализаторах Architect / Alinity (ABBOTT Laboratories) с методом хемилюминесценции на микрочастицах, и предназначен для совместного применения с предложенным набором реагентов, для следующих параметров, что должно подтверждаться документально: альфа-фетопrotein, СА 19-9, СА 125, СА 15-3, раковый эмбриональный антиген СЕА, простатспецифический антиген общий, простатспецифический антиген свободный, Т4 свободный, Т3 свободный, Тиреотропный гормон (ТТГ), Эстрадиол, Прогестерон, Пролактин, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Бета-хорионический гонадотропин, Половые гормоны связывающий глобулин, Дегидроэпиандростерон сульфат, Кортизол, Инсулин, С-пептид, Гомоцистеин, Антитела к тиреоглобулину, BNP, Паратиреоидный гормон, Витамин В12, Фолиевая кислота.

2.4. Наличие информации о целевых уровнях и диапазонах значений контрольного материала в инструкции и/или паспорте контрольного материала.

3. Требования, предъявляемые к сроку годности и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1 согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

4.3. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».