

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Катетеры мочеточниковые для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1: Катетер мочеточниковый (тип Нелатон), с закрытым концом	5F	770 штук
	6F	2 020 штук
	7F	250 штук
	8F	50 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1: Катетер мочеточниковый (тип Нелатон), с закрытым концом
2.1. Должен быть изготовлен из пластичного рентгенконтрастного материала. 2.2. Наличие сантиметровой шкалы. 2.3. Длина катетера должна быть не менее 700мм. 2.4. Тип кончика – NELATON, закрытый прямой. 2.5. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.