

БелМТ №523/26

лот 1

Приложение 1

Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микрокатетер, управляемый током крови, DMSO-совместимый	Управляемый током крови	40
2. Технические требования для пункта 1.1.:			
2.1. Профиль дистального кончика микрокатетера не более 1.5 F			
2.2. Профиль проксимальной части микрокатетера не более 2.7 F			
2.3. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.013"			
2.4. Длина микрокатетера общая не менее 165 см.			
2.5. Длина дистального гибкого кончика микрокатетера не менее 25 см			

Примечание:

- Пункты, отмеченные звездочкой (*), имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.
- Участник, признанный победителем по результатам торгов и ранее не поставлявший в Учреждения здравоохранения Республики Беларусь данные изделия медицинского назначения (ИМН), должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя правилам (особенностям) пользования (применения) ИМН (подтверждается обязательством).
- Требования предъявляемые к сроку годности (стерильности): согласно аукционным документам.