

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Адаптер шарнирный угловой	шт	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

	Общие требования
2.1	Используется для соединения дыхательного контура с дыхательной/анестезиологической маской или эндотрахеальной трубкой.
2.2	Порт с двойной герметично защелкивающейся эластичной заглушкой.
2.3	Удлинительная трубка: гофрированная; конфигурируемая.
2.4	Длина трубки - не менее 150 мм. Размеры входов 22M/15F-22F
2.5	Изготовлена из полимерных материалов.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:
врач-анестезиолог-реаниматолог
(заведующий) отделения
анестезиологии и реаниматологии №2
УЗ «Минская ЦРКБ»



В.С. Каврегина

Медицинская сестра (старшая) отделения
анестезиологии и реаниматологии №2
УЗ «Минская ЦРКБ»



Н.А. Бабиченко

Согласовано:

Зам. главного врача УЗ «Минская ЦРКБ»



Т.В. Пинчук