

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1.	Дыхательный контур	1000
В составе одного комплекта:		
1.1	Трубки	5
1.2	У-адаптер	1
1.3	Адаптер шарнирный	1
1.4	Адаптер прямой	4
1.5	Влагосборник	2
1.6	Мешок дыхательный	1
1.7	Заглушка	1
1.8	Бактериально-вирусный фильтр	1
1.9	Линия мониторинга	1
1.10	Маска дыхательная №5	1

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.1	Трубки	Диаметр трубки 22 М, длина контура не менее 120 см, не более 180 см.	
2.2	У-адаптер	Наличие	
2.3	Адаптер шарнирный	Наличие	
2.4	Адаптер прямой	Наличие	
2.5	Влагосборник	Наличие	
2.6	Мешок дыхательный	Не менее 1,5 л	
2.7	Заглушка	Наличие	
2.8	Бактериально-вирусный фильтр	Наличие	

2.9	Линия мониторинга	Наличие	
2.10	Маска дыхательная №5	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

- 1 Врач-анестезиолог-реаниматолог Кавреги́на В. С.
(заведующий ОАиР№2)



Согласовано:

Начальник ПЭО

Т.Е.Костюк

