

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Стилет для эндотрахеальных трубок размер 5 мм	50
2	Стилет для эндотрахеальных трубок размер 4 мм	150

2 Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
1.1	Назначение	Стилет для эндотрахеальной трубки необходим в случаях сложной интубации пациента при реанимационных или анестезиологических манипуляциях, для придания эндотрахеальной трубке необходимых изгибов.	
1.3	Полная длина стилета	Не менее 500 мм	
1.4	Упаковка	Индивидуальная стерильная	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Поверхность изделия в соответствии с следующим требованиями: индивидуальной упаковке, одноразовый, стерильный

Разработчики технических требований:

1 Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий ОАиР№2) Каврегина В. С.

2 Медсестра (старшая) ОАиР Бабиченко Н.А.

Согласованно:

3 Зам главного врача Пинчук Т.В.