

БелМТ №488/26

лот 1

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Аппарат для фокусированной ударно-волновой терапии	шт	1
1.2	Аппликатор для фокусированной ударно-волновой терапии	шт	1
1.3	Тележка для аппарата	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Сенсорный дисплей	Наличие
2.2.	Аппликатор с функцией управления параметрами терапии: начало / остановка терапии, регулировкой интенсивности, частоты и количества импульсов	Наличие
2.3.	Аппликатор	Фокусирующий
2.4.	Держатель аппликатора	Наличие
2.5.	Программирование частоты ударов	Наличие
2.6.	Программирование числа ударов на процедуру	Наличие
2.7.	Протоколы терапевтические предустановленные	Наличие
2.8.	Возможность создания пользовательских протоколов	Наличие
2.9.	Частота ударных импульсов, Гц	1-20
2.10.	Плотность потока энергии в фокальной зоне, не менее мДж/мм ²	0,5
2.11.	Глубина эффективного воздействия, диапазон не уже, мм	0-60
2.12.	Вес аппликатора, не более, кг	1,5

2.13.	Вес аппарата , не более, кг	30
2.14.	Размеры аппарата, не более, мм	590×590×990
2.15.	Тележка для аппарата на блокируемых колесиках	Наличие
2.16.	Электропитание	220-240В
2.17.	Частота	50Гц

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционных документов организатора.