



Монитор-дефибриллятор (с электродами для дефибрилляции на открытом сердце).

Необходимое количество закупаемых изделий 3 шт.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единица):

	Монитор-дефибриллятор	
1.1	Монитор витальных функций	Наличие
1.2	Блок пациента	Наличие
1.3	Дефибриллятор	Наличие
1.4	Внутренние разрядные электроды дефибрилляции.	Комплект
1.5	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

		Значение показателей
2.1	Дисплей (ударопрочный)	Цветной/не менее 7 дюймов
2.2	Защита	Пыль/жидкость
2.3	Вес	Не более 8 кг
2.4	Автономная работа батареи	Не менее 6 часов
2.5	Энергия разряда	До 200 Дж
2.6	Дефибриляция	Асинхронная/синхронная/ручная в течение операций на открытом сердце.
2.7	НИАД/ИАД, ЭКГ (12 отведений), SpO2, ЧД, температура,	наличие
2.8	Тип импульса	бифазный
2.9	Режим работы	Ручной/полуавтоматический
2.10	Подключение внутренних разрядных электродов к дефибриллятору автоматически заставляет дефибриллятор ограничивать его энергию на выходе до максимум 50 Джоулей	Наличие



2.10	Встроенный термопринтер	Наличие
2.12	Кардиостимуляция	Наличие
2.13	Защита	Пыль/жидкость
2.14	Сигналы тревог	наличие
2.15	Электроды	Взрослые, детские, внутренние разрядные электроды дефибрилляции
2.16	Рабочая среда базовых функций (ЭКГ, дефибриллятор)	От -10°C до +55 °C
2.17	Ударопрочный корпус	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

	О.Е. Гумеров	Врач анестезиолог-реаниматолог Брестской областной клинической больницы	
2	В.Е. Билида	Врач анестезиолог-реаниматолог Брестской областной клинической больницы	

Согласовано:

 В.В.Гоменюк главный внештатный специалист ГУЗО Брестского облисполкома (Специалист по анестезиологии и реанимации).

Лот 2

Утверждаю.

Главный врач

УЗ

«Брестская областная клиническая больница»

областная

«С. Карпицкий»



Монитор-дефибриллятор (3 ед)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единица):

	Монитор-дефибриллятор	
1.1	Монитор витальных функций	Наличие
1.2	Блок пациента	Наличие
1.3	Дефибриллятор	Наличие
1.4	Электроды: Взрослые детские	Комплект комплект
1.5	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».



2.1	Дисплей (ударопрочный)	Цветной/не менее 7 дюймов
2.2	Защита	Пыль/жидкость
2.3	Вес	Не более 8 кг
2.4	Автономная работа батареи	Не менее 6 часов
2.5	Энергия разряда	До 200 Дж
2.6	Дефибриляция	Асинхронная/синхронная.
2.7	НИАД/ИАД, ЭКГ (12 отведений), SpO2, ЧД, температура,	наличие
2.8	Тип импульса	бифазный
2.9	Режим работы	Ручной/полуавтоматический
2.10	Подключение внутренних разрядных электродов к дефибриллятору автоматически заставляет дефибриллятор ограничивать его энергию на входе до максимум 50 Джоулей	Наличие УП «Медтехника» г. Барановичи Вх. № _____

2.10	Встроенный термопринтер	Наличие
2.12	Кардиостимуляция	Наличие
2.13	Защита	Пыль/жидкость
2.14	Сигналы тревог	наличие
2.15	Рабочая среда базовых функций (ЭКГ, дефибриллятор)	От -10°C до +55 °C
2.16	Ударопрочный корпус	Наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

1	О.Е. Гумеров	Врач анестезиолог-реаниматолог Брестской областной клинической больницы	
2	В.Е. Билида	Врач анестезиолог-реаниматолог Брестской областной клинической больницы	

Согласовано:

 В.В.Гоменюк главный внештатный специалист ГУЗО Брестского облисполкома (Специалист по анестезиологии и реанимации).