

Торгово – производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2 тел./факс (017) 318-52-39, 318-52-49, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «27» 03 2008 г.

Гу РКМЦ УД ПРБ ОУД

(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

электрорекардиограф

(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка AT-10 plus зав.№ 173.03374

инв.№ 01375648

год выпуска 2008 завод-изготовитель Schiller

имеет следующие дефекты: не работает вакуумная

система; асфон, помехи при снятии

ЖВ

Заключение: требуется замена вакуумной

системы на новую

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Инженер

Плавский В.А.

(должность, подпись, ФИО)

Иванов И.И.

(должность, подпись, ФИО)