

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Бифуркационные сосудистые протезы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Бифуркационные сосудистые протезы	шт.	645

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "() государственных закупок товаров (работ, услуг)":

2.1.	Материал	- дакрон (полиэстер); - импрегнация модифицированным желатином/коллагеном;
2.2.	Структура	- тканая/вязанная структура протеза; - отсутствие разволожнения и осыпания ткани на срезах и проколах произвольной направленности;
2.3.	Механические свойства	- устойчивость к дилатации и растяжению в отдаленном периоде; - не требуют специального шовного материала.
2.4.	Порозность	- нулевая порозность (кровенепроницаемость); - водопроницаемость менее 10 мл/см ² при 120 mmHg.
2.5.	Биологические свойства	Длительные свойства: - низкая тромбогенность; - апиrogenность;
2.6.	Конфигурации	- бифуркационные, различные размеры по диаметру (12х6х6; 14х7х7; 16х8х8; 18х9х9; 20х10х10; 22х11х11; 24х12х12 мм); - длина тела протеза 40-50 см; - бранши 13-15 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного изготовителем.

График поставок: по отдельному согласованию (уведомление). Согласование типоразмеров закупаемых изделий на момент заключения договора (с учетом наличия остатков по размерам на балансе медицинских учреждений).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Линейные тканые сосудистые протезы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Линейные тканые сосудистые протезы	шт.	450

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1.	Материал	- дакрон (полиэстер); - импрегнация модифицированным желатином/коллагеном;
2.2.	Структура	- тканая структура протеза; - отсутствие разволокнения и осыпания ткани на срезах и проколах произвольной направленности;
2.3.	Механические свойства	- устойчивость к дилатации и растяжению в отдаленном периоде; - не требуют специального шовного материала.
2.4.	Порозность	- нулевая порозность (кровенепроницаемость); - водопроницаемость менее 10 мл/см ² при 120 mmHg.
2.5.	Биологические свойства	Длительные свойства: - низкая тромбогенность; - апиrogenность;
2.6.	Конфигурации	- линейные, различные размеры по диаметру Протезы размерами 27 или 28, 29 или 30, 31 или 32 обязательны, предлагать к рассмотрению протезы (при наличии в линейке) размерами 26 мм и 33 мм; Длина 30-50 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного изготовителем.

График поставок: по отдельному согласованию (уведомление). Согласование типоразмеров закупаемых изделий на момент заключения договора (с учетом наличия остатков по размерам на балансе медицинских учреждений).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Линейные тканые сосудистые протезы для восходящей аорты (клапаноносодержащий кондуит)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Линейные тканые сосудистые протезы для восходящей аорты	шт.	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.	Материал	- дакрон (полиэстер); - импрегнирован модифицированным желатином/коллагеном;
2.2.	Структура	- тканая структура протеза; - обеспечение поперечной, продольной и угловой устойчивости к растяжению (дилатации); - отсутствие разволокнения на срезах и проколах произвольной направленности);
2.3.	Механические свойства	- устойчивость к дилатации и растяжению в отдаленном периоде; - не требуют специального шовного материала.
2.4.	Порозность	- нулевая порозность (кровенепроницаемость); - водопроницаемость менее 10мл/см ² при 120 mmHg.
2.5.	Биологические свойства	Длительные свойства: - низкая тромбогенность; - отсутствие иммунологической и тканевой реакций; - апиrogenность;

2.6.	Комплектация	- содержит предварительно закрепленный (вшитый) двустворчатый механический протез аортального клапана; - двухступенчатая герметичная стерильная упаковка + нестерильная транспортная упаковка;
2.7.	Конфигурации	линейный сосудистый протез: - длина сосудистого протеза 12-30 см; - диаметр сосудистого протеза: 28 мм, 30 мм, 32 мм (обязательно), предлагать к рассмотрению протезы размерами 26мм и 34мм (при их наличии в размерной линейке)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности (стерильности) на дату поставки не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного изготовителем.

График поставок: по отдельному согласованию (уведомление). Согласование типоразмеров закупаемых изделий на момент заключения договора (с учетом наличия остатков по размерам на балансе медицинских учреждений).