

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	видеогастроскоп высокого разрешения	Шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг):

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Видеогастроскоп с цветной ПЗС матрицей высокого разрешения с реализацией выхода сигнала в формате HD1080	Наличие	
2.2	Угол поля зрения в обычном режиме	Не менее 140°	
2.3	Угол поля зрения в режиме увеличения с использованием функции «Двойного фокуса» или получаемого другими технологиями	Не менее 140°	
2.4	Глубина резкости в обычном режиме: -нижний предел -верхний предел	Не более 5 мм Не менее 100 мм	
2.5	Глубина резкости в режиме увеличения: -нижний предел -верхний предел	Не более 2 мм Не менее 6мм	
2.6	Получение изображения в режиме освещения слизистой узковолновым светом.	Наличие	
2.7	Оптическое увеличение	Не менее 90 раз	
2.8	Диаметр инструментального канала	Не менее 2,8мм	
2.9	Влагозащищенный коннектор	Наличие	
2.10	Дополнительный канал для подачи воды	Наличие	

2.11	Наружный диаметр дистального конца аппарата	Не более 10 мм	
2.12	Дополнительный канал подачи воды	Наличие	
2.13	Совместимость и интеграция с имеющимся в отделении эндоскопическим оборудованием EVIS EXERA III производства Olympus (Япония)	Наличие (оригинальные, либо иметь подтверждение о совместимости)	*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документом организатора.

* - в эндоскопическом отделении находятся в эксплуатации видеосистемы EVIS EXERA III производства Olympus, для работы с которыми необходимы совместимые эндоскопы (в случае несоответствия данного требования, предложение участника будет отклонено).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Видеоколоноскоп высокого разрешения	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг):

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Видеоколоноскоп с цветной ПЗС матрицей высокого разрешения с реализацией выхода сигнала в формате HD1080	Наличие	
2.2	Угол поля зрения в обычном режиме	Не менее 170°	
2.3	Угол поля зрения в режиме увеличения с использованием функции «Двойного фокуса» или получаемого другими технологиями	Не менее 160°	
2.4	Глубина резкости в обычном режиме: -нижний предел -верхний предел	не более 5 мм не менее 100 мм	
2.5	Глубина резкости в режиме увеличения: -нижний предел -верхний предел	не более 2 мм не менее 6мм	
2.7	Получение изображения в режиме освещения слизистой узковолновым светом.	Наличие	
2.8	Оптическое увеличение	Не менее 90 раз	
2.9	Диаметр инструментального канала	Не менее 3,7мм	

2.10	Диаметр вводимой части	Не более 12,8мм	
2.11	Длина рабочей части	Не менее 1600мм	
2.12	Совместимость и интеграция с имеющимся в отделении эндоскопическим оборудованием EVIS EXERA III производства Olympus (Япония)	Наличие (оригинальные, либо иметь подтверждение о совместимости)	*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документом организатора.

* - в эндоскопическом отделении находятся в эксплуатации видеосистемы EVIS EXERA III производства Olympus, для работы с которыми необходимы совместимые эндоскопы (в случае несоответствия данного требования, предложение участника будет отклонено).