

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
вакуумных систем для взятия крови**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель Материал: пластик или стекло Размер: 13х100 мм Объем биоматериала: 13х100: 4 – 7 мл Цвет крышки: желтый	штуки	1 000 000

2. Показатели (характеристики):

2.1 В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.2 Объем засасываемой крови должен быть в пределах $\pm 10\%$ номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.3 Пробирки и иглы (в том числе луэр-адаптеры для взятия крови из периферических катетеров) должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4 Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись стерильно.

2.5 Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.