

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр»

АКТ

О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от «22» 05 2026г.

(наименование учреждения-владельца медицинской техники)

Стоматологический

(наименование ИМТ)

тип, марка СМ-Делюкс Плюс 2 зав. № 234

год выпуска завод-изготовитель № Договора

имеет следующие дефекты: Выход из строя аккумуля

мотора, течь масляного насоса

Заключение: Требуется замена аккумулятора

для дальнейшего диагностирования аппарата

Представитель республиканского унитарного Представитель учреждения владельца ИМТ
предприятия «Медтехноцентр»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

от «22»

М.П.
 по техническому
 сервису

2026г. от «04»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

от «04»

2026г.

Е.Н. Кроткова