



ООО «Флоумедикал»

220012 г. Минск, пер. Инструментальный, д. 6,
пом. 213 Республика Беларусь, УНП 193096609
р/с: BY63PJCB30120562561000000933 в Приорбанк
ОАО ЦБУ 109 г. Минск, ул. Притыцкого, 105 БИК PJCBVY2X
тел./факс: 8(017) 350-65-65, 350-65-63, 350-61-65
info@flowmedical.by; www.flowmedical.by

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

от «06» 03 2026 г.

Наименование учреждения здравоохранения: РПЦ Пульмонологич. и фтизиатр

Наименование оборудования: Компрессорная станция ИМТ-02
(компрессор Ренега ВК 10E)

Сведения о гарантии: гарантийное, не гарантийное

Договор на техническое обслуживание:

Описание и установленные причины возникновения неисправности:

- 1/ Вышел из строя осушитель воздуха
- 2/ Компрессор перегревается (забис термостат компрессора)

Необходимые действия по устранению неисправности:

- 1/ Необходимо произвести замену осушителя воздуха осушительностью не менее 1000 л/мин.
- 2/ Заменить термостат компрессоров - 2 шт

Представитель
Учреждения здравоохранения

Директор
Е. Н. Кроткова

Ф.И.О., должность, подпись

Представитель

ООО «Флоумедикал»

инженер Григорьев Вит. Д. А.

«Флоумедикал»
Для документов

Ф.И.О., должность, подпись

