

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование  | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1.1   | Набор стерильный для комбинированных процедур CONSTELLATION® 25 Ga клапанный. | штука             | 64         |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

2.1. Набор должен быть стерильным;

2.2. Набор должен включать в себя:

2.2.1. кассету с набором трубок для подключения к комбинированной хирургической системе Constellation, с возможностью проведения замены «жидкость-воздух» без дополнительных приспособлений;

2.2.2. витректор для задней витректомии, совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga; 20000 резов в минуту со скошенным дистальным концом;

2.2.3. ирригационную канюлю калибра 25 Ga;

2.2.4. систему троакар-канюль с клапанами для обеспечения герметичности во время хирургии;

2.2.5. оптоволоконный осветитель совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga;

2.2.6. ирригационные силиконовые сливы для УЗ-наконечника диаметра 0,9 мм.

2.2.7. Все позиции требуют полной совместимости с имеющейся в клинике факовитреосистемой CONSTELLATION® и технологией микрохирургии, осуществляемой с применением данной системы

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционных документов

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки****1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование  | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1     | Набор стерильный комбинированный Constellation 25+Ga клапанный. | штука             | 30         |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":** 2.1. Набор должен быть стерильным;

2.2. Набор должен включать в себя:

2.2.1. кассету с набором трубок для подключения к комбинированной хирургической системе Constellation, с возможностью проведения замены «жидкость-воздух» без дополнительных приспособлений;

2.2.2. витректор для задней витректомии, совместимый с системой Constellation калибра 25+ Ga, 10000 резов в минуту со скошенным дистальным концом;

2.2.3. ирригационную канюлю калибра 25 Ga;

2.2.4. систему троакар-канюль с клапанами для обеспечения герметичности во время хирургии;

2.2.5. оптоволоконный осветитель совместимый с имеющейся в клинике системой Constellation калибра 25 Ga;

2.2.6. ирригационные силиконовые сливы для УЗ-наконечника диаметра 0,9 мм.

2.2.7. Все позиции требуют полной совместимости с имеющейся в клинике факовитреосистемой CONSTELLATION® и технологией микрохирургии, осуществляемой с применением данной системы

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционных документов.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование   | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Набор стерильный для витректомии CONSTELLATION® 25Ga клапанный | штука             | 20         |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

- 1.1. Набор должен быть стерильным;
- 1.2. Набор должен включать в себя:
- 1.3. кассету с набором трубок для подключения к комбинированной хирургической системе Constellation, с возможностью проведения замены «жидкость-воздух» без дополнительных приспособлений;
- 1.4. витректор для задней витректомии, совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga;
- 1.5. ирригационную канюлю калибра 25 Ga;
- 1.6. систему троакар-канюль 25 Ga с клапанами для обеспечения герметичности во время хирургии;
- 1.7. оптоволоконный осветитель совместимый с системой Constellation калибра 25 Ga;
- 1.8. все позиции требуют полной совместимости с имеющейся в клинике факовитреосистемой CONSTELLATION® и технологией микрохирургии, осуществляемой с применением данной системы

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционных документов

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование   | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Набор стерильный для факозмульсификации CONSTELLATION® | штука             | 80         |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Набор должен быть стерильным;

2.2. Набор должен включать в себя:

2.2.1. кассету с набором трубок для подключения к имеющейся в клинике комбинированной хирургической системе Constellation;

2.2.2. ирригационные силиконовые сливы для УЗ-наконечника диаметра 0,9 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование                                 | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Рукоятка Backflush, 25 Ga, мягкий наконечник | штука             | 48         |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

- 2.1. Рукоятка должна быть стерильной, и поставляться в индивидуальной упаковке.
  - 2.2. Рукоятка должна обеспечивать дренирование как в активном, так и в пассивном режиме (при подключении к хирургической системе)
  - 2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике хирургической системой Constellation
  - 2.4. Калибр – 25 Ga.
  - 2.5. Рукоятка должна позволять хирургу осуществлять контроль дренирования жидкости.
  - 2.6. Рабочая часть должна быть выполнена из хирургической стали и должна иметь силиконовое окончание для более бережного хирургического вмешательства.
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционных документов

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование                                  | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1     | Рукоятка Backflush, 25Ga с твердым окончанием | штука             | 24         |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":** 2.1. Рукоятка должна быть стерильной, и поставляться в индивидуальной упаковке.

2.2. Рукоятка должна обеспечивать дренирование как в активном, так и в пассивном режиме (при подключении к хирургической системе)

2.3. Полная совместимость с имеющейся в клинике хирургической системой Constellation

2.4. Калибр – 25 Ga.

2.5. Рукоятка должна позволять хирургу осуществлять контроль дренирования жидкости.

2.6. Рабочая часть должна быть выполнена из хирургической стали.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционных документов

БелМТ №582/26

лот 7

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование                             | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Система троакар-канюль с клапанами 25 Ga | штука             | 84         |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

2.1. Стерильный, одноразовый набор из трех троакар-канюль калибром 25 Ga с клапанами в индивидуальной упаковке

2.2. Полная совместимость с имеющейся в клинике системой CONSTELLATION, ее расходными материалами, подтвержденная производителем CONSTELLATION

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционных документов

БелМТ №582/26

лот 8

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование  | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1     | Constellation зонд для витректомии со скопленным наконечником 25+GaHyperVit 20000 рез/мин | штука             | 60         |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

2.1 Стерильный одноразовый витректор со скопленным дистальным концом инвазивной части и двойным пневматическим приводом.

2.2 Калибр -25+Ga

2.3 Частота резов до 20000 резов в минуту

2.4 Полная совместимость с хирургической офтальмологической системой Constellation (для витректомии или для комбинированных процедур (витректомии и факоэмульсификации).

2.5 Стерильная упаковка.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционных документов