

ОМ
- к УСТАНОВКЕ


3.03.2016

445
Приложение 1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Катетеры внутривенные (периферические) для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	14G	8 500 штук
ЛОТ №2 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	16G	25 900 штук
ЛОТ №3 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	17G	16 100 штук
ЛОТ №4 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	18G	149 100 штук
ЛОТ №5 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	20G	273 400 штук
ЛОТ №6 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	22G	298 100 штук
ЛОТ №7 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	24G-	189 700 штук
ЛОТ №8 Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом	26G	27 600 штук
ЛОТ №9 Катетер периферический без инъекционного (дополнительного) порта	20G	6 200 штук
ЛОТ №10 Катетер периферический без инъекционного (дополнительного) порта	22G	11 100 штук
ЛОТ №11 Катетер периферический без инъекционного (дополнительного) порта	24G	25 300 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1-8. Катетер периферический с инъекционным (дополнительным) портом 3
2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы (для обеспечения контроля расположения катетера); 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови (для обеспечения контроля правильного расположения иглы); 2.3. Наличие клапана и заглушки порта (для предотвращения контакта с кровью пациента); 2.4. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер; 2.5. Наличие фиксирующих крылышек и съемного винтового колпачка; 2.6. Трехгранная заточка иглы; 2.7. Наличие цветовой маркировки изделий (для быстрого определения размера катетера); 2.8. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
ЛОТ №9-11. Катетер периферический без инъекционного (дополнительного) порта
2.1. Наличие рентгеноконтрастной полосы (для обеспечения контроля расположения катетера); 2.2. Наличие прозрачной камеры возврата крови (для обеспечения контроля правильного расположения иглы); 2.3. Наличие герметичного винтового соединения совместимого с любыми шприцами и системами, имеющими канюлю типа Луер; 2.4. Наличие фиксирующих крылышек и съемного винтового колпачка;

ИХ № 2192
03 03 2016

- 2.5. Трехгранная заточка иглы;
- 2.6. Наличие цветовой маркировки изделий (*для быстрого определения размера катетера*);
- 2.7. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.