

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Изделий медицинского назначения для проведения дезинфекции
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Лот 1	Устройство для снятия инъекционных игл	штук	27
Лот 2	Устройство для снятия инъекционных игл	штук	3
Лот 3	Контейнер медицинский для дезинфекции	штук	18
Лот 4	Контейнер медицинский для дезинфекции	штук	2

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
ЛОТ 1, 2		
2.1	Устройство для снятия инъекционных игл	1. Многоцветная, пластиковая конструкция; 2. возможность установки емкости не менее 0,9 литра и не более 1,1 литра для сбора инъекционных игл; 3. в верхней части конструкции отверстие конфигурация которого, имеет зацепы, которые обеспечивают удобное снятие любого вида иглы.
ЛОТ 3, 4		
2.2	Контейнер медицинский для дезинфекции	1. Изготовлен из ударопрочного полиэстера или аналога. 2. Предназначен для дезинфекции изделий медицинского назначения методом погружения в дезинфицирующий раствор. 3. Вместимость контейнера – не менее 20л и не более 30л. 4. Размеры контейнера: не менее 750мм не более 850мм X не менее 450мм и не более 480мм, глубина контейнера не менее 190 мм и не более 230мм. 5. Наличие перфорированного поддона, крышки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.
