

Приложение №1

щетка для очистки каналов эндоскопа

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №1. Щетка для очистки каналов эндоскопа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Щетка для очистки каналов эндоскопа	Щетка для очистки канала эндоскопа 2,8мм	8 000шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовая.

2.2. Подходят для канала эндоскопа 2,8мм.

2.3. Длина не менее 1800мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

щетка для очистки каналов эндоскопа

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №2. Щетка для очистки каналов эндоскопа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №2 Щетка для очистки каналов эндоскопа	Щетка для очистки канала эндоскопа 3,7мм	3 600шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовая.

2.2. Подходят для канала эндоскопа 3,7мм.

2.3. Длина не менее 2300мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

щетка для очистки каналов эндоскопа

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №3. Щетка для очистки каналов эндоскопа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №3- Щетка для очистки каналов эндоскопа	Щетка для очистки каналов эндоскопа	12 000шт

2. Технические требования:

2.1. Одноразовая.

2.2. Длина не менее 6 см

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

клип-аппликатор

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №4. Клип-аппликатор

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №4 Клип-аппликатор	клип-аппликатор эндоскопический для канала 2,8мм, длиной не менее 230см	300шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовый.

2.2. Наличие предварительно установленной клипсы.

2.3. Ширина раскрытия клипсы 11мм.

2.4. Угол наклона зубчиков клипсы 90°.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Приложение №1

Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходные материалы для эндоскопии

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер п/п	Наименование	Состав оборудования (комплектация)	Количество
--5--	Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)	Биопсийные щипцы с овальными браншами с отверстиями и иглой	3 000 штук

2. Технические требования:

- 1.1. Овальные бранши.
- 1.2. Бранши с отверстиями.
- 1.3. Щипцы с иглой.
- 1.4. Под инструментальный канал 2,8мм, длина не менее 2300 мм.
- 1.5. Одноразовые.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходные материалы для эндоскопии

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер п/п	Наименование	Состав оборудования (комплектация)	Количество
-6	Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)	Биопсийные щипцы с овальными браншами с отверстиями и иглой	6 000 штук

2. Технические требования:

- 1.1. Овальные бранши.
- 1.2. Бранши с отверстиями.
- 1.3. Щипцы с иглой.
- 1.4. Под инструментальный канал 2,8мм, длина не менее 1800 мм.
- 1.5. Одноразовые.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходные материалы для эндоскопии

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер п/п	Наименование	Состав оборудования (комплектация)	Количество
7	Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)	Биопсийные щипцы с овальными браншами с отверстиями и иглой	100 штук

2. Технические требования:

- 1.1. Овальные бранши.
- 1.2. Бранши с отверстиями.
- 1.3. Щипцы с иглой.
- 1.4. Под инструментальный канал 2,0мм, длина не менее 1200 мм.
- 1.5. Одноразовые.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходные материалы для эндоскопии

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер п/п	Наименование	Состав (комплектация) оборудования	Количество
8	Загубник	загубник с диаметром отверстия не менее 16мм	3 000 штук

2. Технические требования:

2.1. Диаметр отверстия загубника не менее 16мм.

2.2. Внешний диаметр вводимой трубки менее 16мм.

2.3. Одноразовый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых медицинских изделий на русском или белорусском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 9 Загубники для эндоскопии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Загубники для эндоскопии	Загубники с резинкой	1000 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовые.

2.2 Загубники для взрослых

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот №10 Чехлы для гибких эндоскопов.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Чехлы для гибких эндоскопов	Чехлы для гибких эндоскопов	1500 шт.

2. Технические требования:

2.1. Одноразовые,

2.2. стерильные

2.3. с двумя рукавами, один рукав: длина 140-150 см, ширина 10-15 см.

второй рукав: длина 170-180 см, ширина 10-15 см

2.4. Материал спанбонд, плотность не менее 42г/м².

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.