

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Расходных материалов для проведения эндоскопических операций
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Щипцы биопсийные для гастроскопа многократного использования	шт	60
2	Щипцы биопсийные многоразовые для бронхоскопа	шт	3
3	Клапан биопсийный однократного применения	шт	5000
4	Щетка чистящая для очистки канала эндоскопа, одноконечная, однократного применения	шт	5000
5	Щётка чистящая короткая для очистки клапанов эндоскопа однократного применения	шт	5000
6	Щетка чистящая для очистки канала бронхоскопа, одноконечная, однократного применения	шт	1000
7	Загубник эндоскопический однократного применения	шт	5000
8	Инъектор эндоскопический стерильный однократного применения	шт	30
9	Клип-апликатор эндоскопический к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся	шт	50
10	Загубник бронхоскопический однократного применения	шт	100
11	Щипцы биопсийные однократного применения для бронхоскопа	шт	30

2. Технические требования: _____

Лот №	Наименование	Технические требования
1	Щипцы биопсийные для гастроскопа многократного использования	длина не менее 1800 мм, диаметр браншей не менее 2,3 мм, для канала от 2,8мм
2	Щипцы биопсийные многоразовые для бронхоскопа	длина не менее 1000мм, диаметр браншей не более 1,8мм. для канала 2,0 мм
3	Клапан биопсийный однократного применения	под эндоскопы Olympus, Fujinon одноразовый
4	Щетка чистящая для очистки канала эндоскопа, одноконечная, однократного применения	длина не менее 1800 мм, длина щетки 20мм, диаметр не менее 5 мм, для канала 2,8 мм, в индивидуальной упаковке
5	Щётка чистящая короткая для очистки клапанов эндоскопа однократного применения	общая длина изделия не более 160 мм, двухсторонняя: длина длинной щетки не более 40 мм, диаметр не менее 10 мм, длина короткой щетки не более 25 мм, диаметр не менее 5 мм, в индивидуальной упаковке
6	Щетка чистящая для очистки канала бронхоскопа, одноконечная, однократного применения	длина не менее 1800 мм, длина щетки не менее 20мм, диаметр не более 3 мм, для канала 2,0 мм, в индивидуальной упаковке
7	Загубник эндоскопический однократного применения	одноразовый
8	Инъектор эндоскопический стерильный однократного применения	длина не менее 1650 мм, диаметр иглы не более 0.7 мм, длина иглы не более 5мм, диаметр не менее 2,3мм для канала 2,8 мм
9	Клип-апликатор эндоскопический к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся	длина не более 2300мм, вращающийся, с предустановленной клипсой, максимальный диаметр захвата ткани не менее 11мм, угол наклона клипсы не менее 90°, возможность многократного открытия/закрытия инструмента
10	Загубник бронхоскопический однократного применения	одноразовый
11	Щипцы биопсийные однократного применения для бронхоскопа	длина не менее 1000мм, диаметр браншей не более 1,8мм, для канала 2,0 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.