

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № лота | Наименование          | Кол-во ед. изм. |
|--------|-----------------------|-----------------|
| лот 12 | 1 Троакар, длинный    | 4 шт.           |
| лот 13 | 2 Троакар, длинный    | 4 шт.           |
| лот 14 | 3 Троакар, винтовой   | 10 шт.          |
| лот 15 | 4 Троакар, винтовой   | 6 шт.           |
| лот 16 | 5 Троакар, винтовой   | 5 шт.           |
| лот 17 | 6 Колпачок            | 20 шт.          |
| лот 18 | 7 Оптический троакар  | 30 шт.          |
| лот 19 | 8 Редукционная трубка | 2 шт.           |

2. Технические требования

| № лота | Наименование/ Технические требования                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| лот 12 | <del>1</del> - 1.1.Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длиной 140-150 мм;<br>1.2.С запорным краном;<br>1.3. С откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;<br>1.4.Стиллет пирамидальный.                                      |
| лот 13 | <del>2</del> - 2.1.Троакар 10,5-11,0 мм со стилетом, длиной 140-150 мм;<br>2.2.С запорным краном;<br>2.3. С откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;<br>2.4.Стиллет пирамидальный.                                    |
| лот 14 | <del>3</del> - 3.1.Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длиной 100-110 мм;<br>3.2.С запорным краном;<br>3.3. С откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;<br>3.4.Стиллет пирамидальный.<br>3.5. Наличие винтового стилета;   |
| лот 15 | <del>4</del> - 4.1.Троакар 10,5-11,0 мм со стилетом, длиной 100-110 мм;<br>4.2.С запорным краном;<br>4.3. С откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;<br>4.4.Стиллет пирамидальный.<br>4.5. Наличие винтового стилета; |
| лот 16 | <del>5</del> - 5.1.Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длиной 100-110 мм;<br>5.2.С запорным краном;<br>5.3. С откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;<br>5.4.Стиллет пирамидальный.<br>5.5. Наличие винтового стилета; |
| лот 17 | 6 6.1.Уплотнительный колпачок из силикона<br>6.2. Диаметр колпачка 12 мм.                                                                                                                                                                          |
| лот 18 | 7 7.1.Одноразовый оптический троакар с лезвием и канюлей для инсuffляции;<br>7.2.Стерильный;<br>7.3.Диаметр 12,5-13,0 мм длина 100-110 мм;                                                                                                         |
| лот 19 | 8 8.1.Редукционная трубка должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм.                                                                                                                                                                |

9.1. Совместимость с лапароскопическим оборудованием Olympus.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.