

ОПИСАНИЕ

Потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Состав / размер	Количество
3	Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	(25G) 0,5мм*16мм (допуск по длине +1мм/-2мм)	1 000 штук
4	Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	(25G) 0,5мм*25мм (допуск по длине +1,5мм/-2,5мм)	1 900 штук
9	Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	(22G) 0,7мм*50мм (допуск по длине +1,5мм/-2,5мм)	14 100 штук
10	Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	(21G) 0,8мм*25мм (допуск по длине +1,5мм/-2,5мм)	40 100 штук
13	Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	(20G) 0,9мм*40мм (допуск по длине -4,0мм)	33 800 штук
14	Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	(19G) 1,1мм*40мм (допуск по длине -4,0мм)	30 900 штук
15	Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	(19G) 1,1мм*50мм (допуск по длине +1,5мм/-2,5мм)	2 500 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТЫ №1-18	
Игла инъекционная однократного применения (стерильная)	
2.1.	Должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
2.2.	Должны иметь коннектор Луер.
2.3.	Должны иметь специальную, соответственно размеру, цветовую кодировку.
2.4.	Иглы должны быть стерильными.
2.5.	Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.