

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Установка комбинированная со встроенной ультразвуковой мойкой с принадлежностями (8 единиц).**

1. Состав (комплектация) оборудования (из расчета на 1 комплект оборудования):

№ п/п	Наименование	Кол-во, ед.
1.1.	Мойка-стол с двумя ваннами	1
1.2.	Смесители для холодной и горячей воды с лейкой (один на подпружиненном основании)	2
1.3.	Генератор для ультразвуковой ванны	1
1.4.	Пистолет для продувки сжатым воздухом	1
1.5.	Пистолет для промывки водой с набором наконечников	1
1.6.	Автоматический сифон, сетчатый лоток с держателем, крышка для ультразвуковой ванны (комплект)	1
1.7.	Сифон	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Требуемые параметры
2.1.	Стол-мойка с двумя отдельными ваннами изготовлены из нержавеющей полированной стали.
2.2.	Столешница должна быть выполнена в виде единого неделимого блока с бортиком со стороны стены. Все панели и столешница должны иметь сэндвич-структуру, исключающую их «дребезжание» и деформацию.

2.3.	Габариты не менее (В*Ш*Г):930х1800х700мм.
2.4.	Нижние тумбочки имеют распашные двери..
2.5.	Наличие боковых декоративных панелей, закрывающих всё пространство до пола и до задней стены для скрытия подводящих коммуникаций.
2.6.	Объем каждой ванны должен быть не менее 60 л.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Согласно аукционных документов организатора.

БелМТ №187/26

лот 2

Технические характеристики (описание)- медицинской техники

**Мойка ручная двухгнездная со встроенной
ультразвуковой ванной,**

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Мойка-стол с двумя ваннами и двумя тумбами под ними.	1
1.2	Генератор ультразвука для ультразвуковой ванны.	1
1.3	Крышка для ультразвуковой ванны.	1
1.4	Пистолет для продувки сжатым воздухом.	1
1.5	Пистолет для промывания водой с набором наконечников.	1
1.6	Сетчатая корзина для ультразвуковой ванны.	1
1.7	Сифон с запором для ультразвуковой ванны.	1
1.8	Сифон.	1
1.9	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды.	1
1.10	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды с вытяжной душевой лейкой.	1
1.11	Средство моющее для применения в ультразвуковой мойке.	10 литров
1.12	Комплект принадлежностей для подключения к подающим трубопроводам (гибкие армированные шланги, фитинги, переходники и т.п.), канализации и электрической сети.	Комплект.

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
2.1.1	Мойка-стол должна иметь габариты не более (В x Ш x Г): 960 x 2700 x 710 мм, неделимую столешницу с бортиком у края, обращенного к стене.

2.1.2	Тумбы под ваннами должны быть с распашными дверями и с полками для размещения принадлежностей.
2.1.3	Все части мойки должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
2.1.4	Одна из ванн должна иметь объем 20-25 литров и должна быть предназначена для установки генератора ультразвука.
2.2.1	Генератор ультразвука должен обеспечивать частоту колебаний 35кГц ($\pm$ 3 кГц), должен иметь таймер и регулятор мощности. Потребление электроэнергии – не более 3 кВт, напряжение питания - 220В.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. :

БелМТ №187/26

лот 3

Технические характеристики (описание) медицинской техники

**Мойка ручная двухгнездная со встроенной
ультразвуковой ванной,**

Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Мойка-стол с двумя ваннами и тремя тумбами.	1
1.2	Генератор ультразвука.	1
1.3	Крышка для ультразвуковой ванны.	1
1.4	Пистолет для продувки сжатым воздухом.	1
1.5	Пистолет для промывания водой с набором наконечников.	1
1.6	Сетчатая корзина для ультразвуковой ванны.	1
1.7	Сифон с запором для ультразвуковой ванны.	1
1.8	Сифон.	1
1.9	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды.	1
1.10	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды с вытяжной душевой лейкой.	1
1.11	Средство моющее для применения в ультразвуковой мойке.	10 литров
1.12	Комплект принадлежностей для подключения к подающим трубопроводам (гибкие армированные шланги, фитинги, переходники и т.п.), канализации и электрической сети.	Комплект.

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
2.1.1	Мойка-стол должна иметь габариты не более (В x Ш x Г): 960 x 1800 x 710 мм, неделимую столешницу с бортиком у края, обращенного к стене
2.1.2	Тумбы под ваннами должны быть с распашными дверями и с полками для размещения принадлежностей.
2.1.3	Все части мойки должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

2.1.4	Одна из ванн должна иметь объем 20-25 литров и должна быть предназначена для установки генератора ультразвука.
2.2.1	Генератор ультразвука должен обеспечивать частоту колебаний 35кГц ($\pm$ 3 кГц), должен иметь таймер и регулятор мощности. Потребление электроэнергии – не более 3 кВт, напряжение питания - 220В.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.