

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Инструмент для эндоскопов

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий ⁶:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
4	1.1. Щетки для очистки эндоскопов	штука	2000
	1.2. Щетки для очистки эндоскопов	штука	50
	1.3. Щетки для очистки эндоскопов	штука	2000
	1.4. Клапан биопсийный одноразовый	штука	1000

2. Технические требования ⁷:

- 1.1. одноразовая двухсторонняя чистящая щетка для очистки каналов эндоскопов
 - 1.1.1 Диаметр канала 2,8 мм.
 - 1.1.2. Длина рабочей части 2300 мм+-50 мм
 - 1.1.3. Совместимость с эндоскопами Olympus.
 - 1.2. щетка многоразовая для очистки инструментального канала к гибким эндоскопам для канала 2,8 мм
 - 1.2.1. Длина рабочей части 2300 мм+-50 мм.
 - 1.2.2. Совместимость с эндоскопами Olympus.
 - 1.3. одноразовая двухсторонняя чистящая щетка для очистки входных отверстий каналов эндоскопов
 - 1.3.1. Длина щетки - 110 мм- 150 мм
 - 1.3.2. Совместимость с эндоскопами Olympus.
 - 1.4. Клапан биопсийный однократного применения
 - 1.4.1. Совместимость с эндоскопами Olympus.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.
4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.