

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Спирометрический комплекс в комплекте:	комплект	3
В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:			
1.1.	Электронный блок	шт.	1
1.2.	Датчик дыхания	шт.	1
1.3.	Мундштук многоразовый, не менее	шт.	10
1.4.	Мундштук одноразовый, не менее	шт.	100
1.5.	Зажим для носа, не менее	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Технические требования:

№ п/п	Технические характеристики	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Тип исполнение сухой	наличие
2.2.	Метод работы электронный	наличие
2.3.	Подключение ПК	наличие
2.4.	Цветной дисплей	наличие
2.5.	Спирометрические тесты ЖЕЛ, ФЖЕЛ, тест МВЛ, АСТ, САТ	наличие
2.6.	Пробы: функциональная, провокационная, бронходилатационная	наличие
2.7.	Графическое отображение процесса дыхания	наличие
2.8.	Тип питания 220 В/ 50 Гц	наличие
2.9.	Программное обеспечение	наличие
2.10.	Емкость архива не менее 30 000 исследований	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.