

1. Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1 Стол операционный с принадлежностями для травматологии и ортопедии

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во на 1 комплект
1.	Стол операционный	1 шт.
Принадлежности и приспособления стандартные		
1.1	Наркозный экран с замком крепления. шт.	1
1.2	Штатив для инфузий с замком крепления. шт.	1
1.3	Столики для рук (подлокотники) с замками для крепления. шт.	2
1.4	Ремень для фиксации туловища. шт.	1
1.5	Фиксаторы рук. шт.	2
1.6	Держатели рентгеновских кассет. шт.	1
1.7	Боковые упоры туловища. шт.	4
1.8	Подставки-ступеньки к столу (комплект: 1 шт. Н-300 ±10 мм., 1 шт. Н-220 ±10 мм., 1 шт. Н-130±10 мм.)	1 комплект
1.9	Передвижная стойка с поддоном для хранения принадлежностей к столу. шт.	1
1.10	Комплект кольцевых подголовников для позиционирования головы D- 205±10 мм. 1 шт., D- 140±10 мм. 1 шт., D-90±10 мм. 1 шт.	1 комплект
2. Комплект для ортопедотравматологических операций на нижних конечностях с системой вытяжения в составе:		
2.1	Секция ортопедическая	1 штука
2.2	Механизм натяжения	2 штука
2.3	Стойка опорная	1 штука
2.4	Шест упорный	1 штука
2.5	Опора секции телескопическая со спец. зажимом	2 штуки
2.6	Держатель ножной секции	1штука
2.7	Зажим специальный	2 штуки
2.8	Богинки-держатели	пара
2.9	Держатель рентген кассеты	1 штука

2.10	Тележка для хранения	1 штука
3.	Комплект для ортопедотравматологических операций на бедре в составе:	
3.1	Устройство для подъема с промежуточной опорой	1 штука
3.2	Комплект для удлинения панели операционного стола	1 штука
3.3	Держатель ноги с радиальным зажимом	1 штука
3.4	Поворотный рычаг с подставкой для голени	1 штука
3.5	Держатель натяжной скобы	1 штука
4.	Комплект для ортопедотравматологических операций на голени и коленном суставе в составе:	
4.1	Подставка подколенной опоры универсальная, поворотная, сочетается с натяжителем	1 штука
4.2	Держатель натяжной скобы	1 штука
4.3	Плита опорная	1 штука
4.4	Направляющая плита	1 штука
4.5	Каретка	1 штука
4.6	Лангета	1 штука
4.7	Зажим	1 штука
4.8	Кронштейн	1 штука
4.9	Упор	1 штука
4.10	Упор ноги	1 штука
4.11	Подставка для ног по Гепиелю с замками	2 штуки
5.	Комплекты съемных приспособлений и принадлежностей к изделиям медицинского назначения комплект для артроскопии	
5.1	Подколенная опора с регулируемым ложем для бедра	1 штука
5.2	Редуктор с поворотным зажимом платиной подколенной опоры	1 штука
5.3	Приводная ручка-кривошип	1 штука
5.4	Кронштейн для поддержки ручки-кривошипа	1 штука
6	Комплект для ортопедотравматологических операций на верхней конечности	
6.1	Стол-приставка для операций на в. конечности, с подушкой, рентген прозрачная, не менее 600x350 мм	1 штука
6.2	Манжета для фиксации кисти	1 штука
7	Комплект для операций на плечевом суставе	
7.1	Секция спинная	1 штука

7.2	Секция плечевая правая	1 штука
7.3	Секция плечевая левая	1 штука
7.4	Упор боковой	1 штука
7.5	Ногодержатель с радиальным зубчатым зажимом	1 штука

2. Технические требования

1. Стол операционный хирургический

1.1	Позиционирование осуществляется гидравлическим приводом с помощью педали и ножных переключателей плавно и бесступенчато, возможно дублирование управления с пульта, либо с кабелем, либо дистанционно.	
1.2	Все наружные детали стола изготовлены из нержавеющей стали	
1.3	Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала	
1.4	Подушки панелей стола монолитные, бесшовные из полиуретана, поверхность гладкая, легко подвергается мойке и дезинфекции	
1.5	Конструкция панелей стола рентген прозрачная, позволяет выполнять рентгеновские снимки и мониторинг С-образным рентгеновским аппаратом с ЭОПом	

2. Конфигурация панелей

2.1	Блок центральных секций стандартный (центральная и спинная) с трапециевидным вырезом основной-секции Наклоны спинной секции с газовыми пружинами вверх не менее 70° , вниз не менее 40° Положение Тренделенбург не менее 30° , анти-Тренеленбург не менее 30° Боковой наклон не менее 20° в обе стороны	Наличие
2.2	Дополнительная центральная секция для удлинения стола	Наличие
2.3	Головные секции с двумя наклонами и приводом газовыми пружинами, объем движений вверх не менее 40° , вниз не менее 40°	Наличие
2.4	Ножные секции для раздельного позиционирования ног с поворотом и двумя наклонами, один из которых приводной с газовыми пружинами	Наличие

3. Технические характеристики операционного стола

*3.1	Грузоподъемность, не менее, кг	160
3.2	Высота стола (без подушек) в пределах, мм	720-1020
3.3	Направляющие вдоль всех секций стола для крепления съемных приспособлений с обеих сторон Сечением, мм	10x25
3.4	Полотья для кассеты с рентгеновской пленкой	Наличие

3.5 | Наличие колес для перемещения стола со стопором

Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Медицинская техника должна быть новой, не восстановленной.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж на объекте заказчика (ввод МТ в эксплуатацию).

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте сроком не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации.

3.3. Копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар.