

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1**1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)**

№п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Автоматический промыватель планшетов	1 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Промыватель предназначен для мойки моющими растворами 96-луночных (8*12 лунок) планшетов для иммуноферментного анализа. Промыватель должен обеспечивать дозирование моющего раствора, заливку и откачку (аспирацию) моющего раствора по рядам (стрипам). Режим промывки: придонная, с переполнением, с замачиванием, со встряхиванием, с финальной аспирацией.

2.2. Наличие режима дополнительного перемешивания растворов во время выдержки между циклами работы (встряхивание).

2.3. Возможность использования планшетов различных фирм за счет автоматической корректировки глубины опускания промывочной гребенки.

2.4. Режим промывки плоскодонных и круглодонных 96-луночных (8*12 лунок) планшетов.

2.5. Автоматическое перемещение планшета и промывочной гребенки.

2.6. Возможность промывания из трех буферов.

2.7. Количество одновременно отмываемых лунок 8 или 8,12.

2.8. Точность дозирования промывочного раствора, не более $\pm 3\%$.

2.9. Диапазон объема моющего раствора заливаемого в лунку 100-500мкл, с дискретностью 50мкл. Диапазон времени отмачивания от 0 до 300сек., с дискретностью 30 сек.

2.10. Возможность создания собственных программ с изменяемыми параметрами.

2.11. Наличие не менее трех каналов для промывочных растворов и одной емкости для слива.

2.12. Допускаемый остаток буферного раствора в лунке планшета, не более 2 мкл.

2.13. Количество циклов отмывки планшетов в автоматическом режиме от 1 до 9.

2.14. Напряжение питания сети $220 \pm 10\%$ В частотой 50 ± 1 Гц.

2.15. Автоматическое определение глубины планшета

2.16. Полностью автоматическая система, не требующая участия пользователя на этапе промывки после установки программы

2.17. Меню на русском языке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.