

## Технические характеристики (описание) Клипсы хирургические для УЗ Гомельской области

### 1. Состав (комплектация) оборудования:

| Номер и наименование ЛОТа  | Размер  | Количество   |
|--|---|--------------|
| <b>ЛОТ №1</b><br>Клипсы фиксирующие гемостатические большие        | 1) высота закрытой скобы не менее 11,5мм<br>2) в магазине (картридже) 4-6 клипс | 370 картр.   |
| <b>ЛОТ №2</b><br>Клипсы фиксирующие гемостатические средне-большие | 1) высота закрытой скобы не менее 8,7мм<br>2) в магазине (картридже) 6 клипс    | 4 650 картр. |
| <b>ЛОТ №3</b><br>Клипсы фиксирующие гемостатические средние        | 1) высота закрытой скобы не менее 5мм<br>2) в магазине (картридже) 6 клипс      | 400 картр.   |

### 2. Технические требования:

|   |
|---|
| <b>ЛОТ №1</b><br><b>Клипсы фиксирующие гемостатические большие</b><br><b>ЛОТ №2</b><br><b>Клипсы фиксирующие гемостатические средне-большие</b><br><b>ЛОТ №3</b><br><b>Клипсы фиксирующие гемостатические средние</b>   |
| 2.1. Клипсы должны быть стерильными.<br>2.2. Клипсы должны быть изготовлены из титанового сплава и укладываться в магазины (картриджи), изготовленные из пропилена.<br>2.3. Клипсы должны быть лигирующие.<br>2.4. Клипсы должны иметь внутреннюю насечку для обеспечения максимального соприкосновения с тканями.<br>2.5. Клипсы должны быть U-образные.<br>2.6. Клипсы должны соответствовать стандарту типа «Ethicon» либо аналог. |

### 3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».