


МО



SupMedic

14.05.2026 г.

г. Минск

Дефектный АКТ

Представителем Частного предприятия «Супмедик» в Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, по адресу: 223052, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Мероприятия для восстановления оборудования	Стоимость материалов на день выставления акта, руб.
Машина моечно-дезинфекционная G7825 с принадлежностями зав.№51/074397748	- Износ сетчатого фильтра камеры	- Замена сетчатого фильтра камеры	1787,94

ЛИТВ № 013 78 794

Исполнитель:

Ведущий инженер по ремонту МТ

А.С. Нестерович

Инженер по М.О. *В.А. Соловьев*

