

## Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

### 1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Количество
<del>Лот № 1</del>	<del>Химический индикатор процесса стерилизации (универсальный)</del>	<del>24000 шт</del>
<del>Лот № 2</del>	<del>Биологический индикатор процесса стерилизации</del>	<del>600 шт</del>
Лот № 3	Кассеты стерилизационные Reno Sa 10	1005 шт.
<del>Лот № 4</del>	<del>Лента универсальная индикаторная для плазменной стерилизации</del>	<del>20 шт</del>

### 2. Технические требования:

№ п/п	Требования	Заказываемый параметр
1	<del>Технические требования к лоту № 1:</del>	
<del>1.1</del>	Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе универсальные	<del>наличие</del>
<del>1.2</del>	Одноразовое использование	<del>наличие</del>
<del>1.3</del>	Бумажная полоска с нанесенным химическим веществом и обязательным наличием эталона цвета, обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации	<del>наличие</del>
2	<del>Технические требования к лоту № 2:</del>	
<del>2.1</del>	Должен быть для плазменного стерилизатора с использованием перекиси водорода, одноразовое использование	<del>наличие</del>
<del>2.2</del>	Биологический индикатор процесса стерилизации представляет собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены высушенные споры тест-микроорганизма <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (популяции 10 <sup>6</sup> ),	<del>наличие</del>
<del>2.3</del>	Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду, Пластиковая пробирка должна быть закрыта колпачком, имеющим отверстие, между колпачком и пробиркой размещен бактериальный фильтр	<del>наличие</del>
3	Технические требования к лоту № 3:	
3.1	Содержит не менее 10 мл перекиси водорода	наличие
3.2	Одноразовое использование на 1 цикл стерилизации	наличие

3.3	Применение для низкотемпературного стерилизатора Reno S130	наличие
<del>4</del>	<del>Технические требования к лоту</del>	
<del>4.1</del>	<del>Длина 55 метров (+/- 1м) в рулоне</del>	<del>наличие</del>
<del>4.2</del>	<del>Одноразовое использование</del>	<del>наличие</del>
<del>4.3</del>	<del>Применение для низкотемпературного стерилизатора Stericool A110SF и Reno S130</del>	<del>наличие</del>

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Согласно документам организатора.