

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1	Биопсийный пистолет	1
1.2	Иглы для биопсийного устройства 18G, длина 25 см	220
1.3	Иглы для биопсийного устройства 16G, длина 20 см	170
1.4	Иглы для биопсийного устройства 18G, длина 20 см	270
1.5	Иглы для биопсийного устройства 18G, длина 15 см	260
1.6	Иглы для биопсийного устройства 14G, длина 10 см	260
1.7	Иглы для биопсийного устройства 14G, длина 20 см	160

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

№ п/п	Характеристики	Базовые параметры	Примечание
1	Биопсийный пистолет	Наличие	
1.1	Многоразовое полностью автоматическое (устройство для биопсии, предстательной железы, щитовидной железы, печени, почек, лимфатических узлов)	Наличие	
1.2	Предохранительный механизм с автоматическим запуском	Наличие	
1.3	Метод стерилизации	Автоклавирувание	
1.4	Металл пистолета	Состоит из различных сплавов металлов	
1.5	Две кнопки спуска	Наличие	
1.6	Поочерёдный двойной взвод спускового механизма	Наличие	
1.7	Глубина проникновения иглы	От 10 до 25 мм	
1.8	Пружина, придающая импульс игле	Наличие	
2	Иглы		
2.1	Эхогенный наконечник	Наличие	
2.2	Срез образца	Не менее 17 мм	
2.3	Канюля с маркировкой глубины введения	Наличие	
2.4	Цветовая маркировка	Наличие	
2.5	Стерилизация	стерильно	
2.6	Совместимость с биопсийным	наличие	

	пистолетом		
2.7	Размер	14G/16G/18G	

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.